ANILLO EN J

La prueba del anillo en J se utiliza para determinar la capacidad de paso, la dispersión del flujo y el tiempo de flujo t del hormigón autocompactante 500 a medida que el hormigón fluye a través del aparato

SKU: N / A | **Categorías:** Hormigón fresco y endurecido | **Etiquetas:** EN 12350-12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La separación angosta del anillo en J con barras lisas de Ø18 mm x 16 está fabricada en acero inoxidable.

La placa base es cuadrada de 900x900x3 mm, hecha de acero inoxidable con círculos grabados de ∅ 200 mm y ∅500 mm de acuerdo con EN 12350-8.

Slump Cone está hecho de chapa de acero protegida contra la corrosión, con; superior ∅ 100 mm, base ∅200 mm y con una altura de 300 mm.

El collar con peso de acero se usa para estabilizar el cono de asentamiento en el anillo en J o en las pruebas de flujo de asentamiento.

El collar con peso de acero debe pedirse por separado.

Especificaciones Técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellAniJ-32	B-01-03-06-210101	Juego de prueba de anillo en J	90x90x30	32
BellAniJ-10	B-01-03-06-210201	Espacio angosto del anillo en J	35x35x14	10
BellAniJ-20	B-01-03-06-210301	Plato base	90x90x0,3	20
BellAniJ-09	B-01-03-06-210401	Collar de acero con peso	25x25x5	9
BellAniJ-02	B-01-03-06-210501	Cono de asentamiento	10x20x30	2

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO