Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Refractometro digital portatil

Código: filler_18079

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Características * Amplia elección: más de 20 modelos disponibles * Compensación automática de la temperatura. * Gestión automática de energía

Especificaciones técnicas

Modelo	Escala	Rango	Division	Precisión	Rango de temperatura	Precisión de temperatura	Tamaño del empaque(W*D*H)mm	Peso bruto(kg)	Fuente de alimenación
BellRefracDigPort-35	Brix (%)	0-35%	0.1	±0.2	0°C-40°C (32°F-104°F)	±0.5°C(1°F)	160 x 100 x 60	0.5	2 x AAA(1.5V)
Índice de refracción	1.3330-1.3900	0.0001	±0.0003						
BellRefracDigPort-45	Brix (%)	0-45%	0.1	±0.2					
Índice de refracción	1.3330-1.4098	0.0001	±0.0003						
BellRefracDigPort-65	Brix (%)	28-65%	0.1	±0.2					
Índice de refracción	1.3770-1.4535	0.0001	±0.0003						
BellRefracDigPort-92	Brix (%)	58-92%	0.1	±0.2					
Índice de refracción	1.4370-1.5233	0.0001	±0.0003						
BellRefracDigPort- HN1	Brix (%)	58-92%	0.1	±0.2					
° B, e	38-43	0.1	±0.1						
Agua (IHC2002)	13-25	0.1	±0.1						
Índice de refracción	1.4370-1.5233	0.0001	±0.0003						
BellRefracDigPort-HN2	Brix (%)	58-92%	0.1	±0.2					
° B, e	38-43	0.1	±0.1						
Agua (IHC2002)	17-27	0.1	±0.1						
Índice de refracción	1.4370-1.5233	0.0001	±0.0003						
BellRefracDigPort-A1	Salinidad	0-28%	0.1	±0.2					
Índice de refracción	1.3330-1.3900	0.0001	±0.0003						
BellRefracDigPort-S1	Brix (%)	0-35%	0.1	±0.2					
Salinidad	0-28%	0.1	±0.2						
Índice de refracción	1.3330?1.3900	0.0001	±0.0003						
BellRefracDigPort- WN1	MASA S/W(%)	0-35%	0.1	±0.2					
VOL AP(%)	0-22%	0.1	±0.1						

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Oe(Alemania)	0-150	1	±1	
KMW	0~25	0.1	±0.1	
BellRefracDigPort-WN2	MASA S/W(%)	0-35%	0.1	±0.2
VOL AP(%)	0-22%	0.1	±0.1	
Oe(Alemania)	30-150	1	±1	
KMW	0~25	0.1	±0.1	
BellRefracDigPort-WN3	MASA S/W(%)	0-35%	0.1	±0.2
VOL AP(%)	0-22%	0.1	±0.1	
Oe(Suiza)	0-150	1	±1	
KMW	0~25	0.1	±0.1	
BellRefracDigPort-R1	SUERO P. (g/dl)	1.000-1.050	0.001	±0.001
ORINA SP.G	0~12g/dl	0.1	±0.1	
Índice de refracción	1.3330-1.3900	0.0001	±0.0003	
BellRefracDigPort-R2	SUERO P. (g/dl)	0~14g/dl	0.1	±0.1
ORINA SP.G (dog)	1.000-1.060	0.001	±0.001	
Índice de refracción	1.3330-1.3900	0.0001	±0.0003	
BellRefracDigPort-R3	SUERO P. (g/dl)	0~14g/dl	0.1	±0.1
ORINA SP.G (cat)	1.000-1.060	0.001	±0.001	
Índice de refracción	1.3330-1.3900	0.0001	±0.0003	
BellRefracDigPort-L1	Alcohol	0~60%v/v	0.1	±0.3
BellRefracDigPort-L2	Alcohol	0~60%w/w	0.1	±0.5
BellRefracDigPort-L5	Metanol	0~60%w/w	0.1	±0.5
BellRefracDigPort-K1	Concentración de leche de soya	0-35%	0.1	±0.3
BellRefracDigPort-C1	Glicol	32—50°F	0.1 °F	±10F
Propanodiol	32~-50°F	0.1 °F	±10F	
Fluido de batería	1.00-1.50sg	0.01 sg	± 0.01 sg	
Despeje	0—40°F	0.1 °F	±10F	
BellRefracDigPort-C2	Glicol	0~-50°C	0.1°C	±10C
Propanodiol	0~-50°C	0.1 °C	±rc	
Fluido de batería	1.00-1.50sg	0.01 sg	± 0.01 sg	
Despeje	0~-40°C	0.1 °C	±rc	
BellRefracDigPort-C3	Glicol	0-80%	0.10%	±0.3%
Propanodiol	0-70%	0.10%	±0.3%	

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización