Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Analizador químico semiautomático longitud de onda 340/405/450/510/546/578/630 nm

Código: B2-01-010023

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Introduccion

El analizador químico semiautomático consta de un sistema de control por microprocesador, un sistema colorimétrico óptico, una pantalla LCD y un teclado de operación. Se utiliza ampliamente en los análisis bioquímicos rutinarios de suero humano en unidades médicas.

Caracteristicas

- 1. Pantalla táctil LCD de 7,0 pulgadas, interfaz gráfica fácil de usar.
- Gran capacidad de memoria, capaz de almacenar 144 elementos de prueba y 5600 resultados de prueba.
- 3. Impresora térmica integrada para imprimir los resultados de las mediciones e indicar los resultados anómalos.

Especificaciones técnicas

Especificación	**Pantalla táctil LCD de 7,0 pulgadas - ±2 nm - Impresora térmica integrada B2-01-010023**
Tipo de muestra	Suero, plasma, orina, líquido cefalorraquídeo, etc.
Método analítico	Método de punto final, método de tiempo fijo (método de dos puntos), método dinámico (método de tasa)
Taza decorativa	Flujo a través de una cubeta de lectura directa
Longitud de onda	Longitud de onda 340/405/450/510/546/578/630 nm, 2 posiciones de filtro abiertas adicionales
Precisión de la longitud de onda	±2 nm
Pantalla	Pantalla táctil LCD de 7,0 pulgadas
Idioma	Inglés, francés, español, se pueden personalizar otros idiomas
Impresora	Impresora térmica integrada
Interfaz	RS-232, USB
Consumo	100 VA
Fuente de alimentación	CA 110/220 V ± 10 %, 60/50 Hz
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	400*410*190 mm
Dimensiones del embalaje (ancho*profundidad*alto)	520*490*330 mm
Peso neto	8 kg
Peso bruto	11 kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Analizador quimico semiautomatico con pantalla tactil de 7 pulgadas y 7 longitudes de onda: la compra se decide principalmente por tipo de muestra: suero, plasma, orina, líquido cefalorraquídeo, etc y método analítico: método de punto final, método de tiempo fijo (método de dos puntos), método dinámico (método de tasa).

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es tipo de muestra: suero, plasma, orina, líquido cefalorraquídeo, etc.

Adecuado cuando la especificacion requerida es método analítico: método de punto final, método de tiempo fijo (método de dos puntos), método dinámico (método de tasa).

Adecuado cuando la especificacion requerida es taza decorativa: flujo a través de una cubeta de lectura directa.

Criterios de compatibilidad

Verifique tipo de muestra: suero, plasma, orina, líquido cefalorraquídeo, etc antes de confirmar la compra.

Verifique método analítico: método de punto final, método de tiempo fijo (método de dos puntos), método dinámico (método de tasa) antes de confirmar la compra.

Verifique taza decorativa: flujo a través de una cubeta de lectura directa antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendacion de compra

Elija este producto si tipo de muestra: suero, plasma, orina, líquido cefalorraquídeo, etc y método analítico: método de punto final, método de tiempo fijo (método de dos puntos), método dinámico (método de tasa) coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización