Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Incubadora de indicadores biologicos

Código: B2-01-010348 / B2-01-010348.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Equipo de incubación de muestras a temperatura constante basado en calentamiento de película delgada y tecnología de control automático de temperatura PID. Dispone de una función de temporización independiente para los procesos de cultivo y reacción a temperatura constante de indicadores biológicos.

Características

1. Interfaz de usuario con visualización en tiempo real de toda la información de funcionamiento y configuración para observar el estado del equipo.
2. Control de temperatura con especificación de exactitud.
3. Función de temporización con un máximo de 99 horas y 59 minutos y un mínimo de 1 minuto.
4. Cuenta regresiva independiente y simultánea para hasta 7 grupos de muestras.
5. Función de calibración de temperatura.
6. Doble protección integrada contra sobretemperatura mediante software y hardware.

Especificaciones técnicas

Especificación	Bloques Φ12mm B2-01-010348.2	Bloques Φ9mm / Φ10mm B2-01-010348
Rango de ajuste de temperatura	0-100℃	0-100℃
Rango de control de temperatura	RT+5-100℃	RT+5-100℃
Exactitud del control de temperatura	≤±0.3℃	≤±0.3℃
Rango de temporización	1min-99h59min/∞	1min-99h59min/∞
Uniformidad de temperatura del módulo	≤±0.3℃	≤±0.3℃
Precisión de visualización	0.1℃	0.1℃
Velocidad de calentamiento	≤12min(de 25 a 100℃)	≤12min(de 25 a 100℃)
Potencia	150W	150W
Alimentación eléctrica	220/110V, 50/60Hz	220/110V, 50/60Hz
Dimensiones del embalaje	410*320*310mm	410*320*310mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Bloques Φ12mm B2-01-010348.2	Bloques Φ9mm / Φ10mm B2-01-010348
Peso bruto	3.3kg	3.3kg

Aplicaciones

1. Confirme la temperatura del proceso

Compare la temperatura requerida por sus indicadores biológicos con el rango de control del equipo.

- **Rango de control de temperatura**: RT+5-100℃
- **Rango de control de temperatura**: RT+5-100℃

2. Revise el control térmico

Compruebe que la exactitud del control y la uniformidad de temperatura del módulo sean compatibles con los requisitos de su proceso.

- **Rango de control de temperatura**: RT+5-100℃
  - **Exactitud del control de temperatura**: ≤±0.3℃
  - **Uniformidad de temperatura del módulo**: ≤±0.3℃
- **Rango de control de temperatura**: RT+5-100℃
  - **Exactitud del control de temperatura**: ≤±0.3℃
  - **Uniformidad de temperatura del módulo**: ≤±0.3℃

3. Prevea la alimentación eléctrica

Verifique la compatibilidad de la alimentación eléctrica disponible y considere la potencia del equipo.

- **Rango de control de temperatura**: RT+5-100℃
  - **Potencia**: 150W
  - **Alimentación eléctrica**: 220/110V, 50/60Hz
- **Rango de control de temperatura**: RT+5-100℃
  - **Potencia**: 150W
  - **Alimentación eléctrica**: 220/110V, 50/60Hz

Componentes y Accesorios

Compatibles según el fabricante.

Módulos compatibles con B2-01-010348

Volumen de muestra
35*Φ9mm
35*Φ10mm

Módulos compatibles con B2-01-010348.2

Volumen de muestra
28*Φ12mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización