Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Viscosímetro Saybolt

Código: B2-01-010493

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El instrumento está diseñado y fabricado según el ensayo de viscosidad Saybolt de betún T0623 (método del viscosímetro Saybolt) de los métodos de ensayo normalizados JTJ052 de betún y mezclas bituminosas para ingeniería de carreteras, y según ASTM D88. Sirve para determinar la viscosidad Saybolt de betún y mezclas bituminosas a temperatura constante según T0623.

Características

- 1. El instrumento se compone de baño, controlador de temperatura, visualización de parámetros y cálculo (coeficiente de calibración, tiempo, viscosidad, etc.).
- 2. Control por microcomputador con doble línea de detección: determina dos muestras al mismo tiempo, muestra los parámetros y calcula automáticamente la media aritmética.
- 3. Convierte automáticamente la viscosidad Saybolt en viscosidad Engler y viscosidad cinemática; cada ensayo entrega tres datos de viscosidad.

Especificaciones técnicas

Especificación	**0~999.9s - Doble línea, ensayo en paralelo - (60±0.05)ml B2-01-010493**
Modo de trabajo	Doble línea, ensayo en paralelo
Matraz receptor	(60±0.05)ml
Potencia del baño	1000W
Temperatura del baño	T.A.~240℃
Rango de temporización	0~999.9s
Exactitud de temporización	±0.1s
Exactitud de temperatura	±0.1℃
Temperatura ambiente	≤35℃
Humedad relativa	≤85%
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	360*360*790mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	470*400*850mm
Peso neto	35kg
Peso bruto	40kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

1. ## Confirme su método de ensayo

   Verifique que la temperatura de ensayo y el tiempo de flujo que exige su norma quedan dentro de lo que ofrece el equipo.

   - **Temperatura del baño**: T.A.~240℃
   - **Rango de temporización**: 0~999.9s
   - **Exactitud de temperatura**: ±0.1℃

2. ## Revise el volumen y la cantidad de muestras

   Compare el volumen del matraz receptor y el ensayo en paralelo con su rutina de trabajo.

   - **Modo de trabajo**: Doble línea, ensayo en paralelo
   - **Matraz receptor**: (60±0.05)ml

3. ## Prevea la instalación

   Confirme la alimentación eléctrica, las condiciones ambientales del laboratorio y el espacio para el equipo.

   - **Temperatura ambiente**: ≤35℃
   - **Humedad relativa**: ≤85%
   - **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50Hz
   - **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 360*360*790mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización