



Titulador potenciometrico

pH: 0.01pH mV: 0.1mV Temp.: 0.1°C

Titulador potenciométrico; Rangos de medición: pH 0.00-14.00; mV -1800.0 a 1800.0; temperatura -5.0 a 105.0°C; Resolución de medición: pH 0.01; mV 0.1; temperatura 0.1°C; Exactitud de medición: pH ± 0.01 ; mV $\pm 0.05\%$ del fondo de escala; temperatura $\pm 0.3^\circ\text{C}$; Exactitud de volumen de bureta: Bureta de 10ml: $\pm 0.025\text{ml}$; bureta de 20ml: $\pm 0.035\text{ml}$; Reposición de bureta: $55 \pm 10\text{s}$ con bureta a fondo de escala; Repetibilidad del análisis de titulación: 0.2%; Dimensiones externas (ancho x profundidad x alto): 340 x 400 x 400mm; Peso neto: 10kg; Modos de titulación: Punto de equivalencia dinámico, punto de equivalencia monótono, punto final preestablecido y manual; Bureta: Intercambiable, 10ml o 20ml seleccionable

Código: B2-01-010541.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	pH: 0.01pH mV: 0.1mV Temp.: 0.1°C B2-01-010541.1
Rango de medición	pH: 0.00~14.00pH mV: -1800.0~1800.0mV Temp.: -5.0~105.0°C
Resolución de medición	pH: 0.01pH mV: 0.1mV Temp.: 0.1°C
Exactitud de medición	pH: $\pm 0.01\text{pH}$ mV: $\pm 0.05\%$ (escala completa) Temp.: $\pm 0.3^\circ\text{C}$
Exactitud de volumen de la bureta	Bureta de 10ml: $\pm 0.025\text{ml}$ Bureta de 20ml: $\pm 0.035\text{ml}$
Velocidad de reposición de la bureta	$55 \pm 10\text{s}$ (con la bureta a escala completa)
Repetibilidad del análisis de titulación	0.2%
Exactitud de repetibilidad	$\leq 0.2\text{mV}$
Estabilidad	$\pm 0.3\text{mV} \pm 1\text{bit}/3\text{h}$
Sensibilidad del control de titulación	$\pm 2\text{mV}$
Alimentación eléctrica	Adaptador AC, 100~240V, 50/60Hz entrada AC, salida C24V
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	340*400*400mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	540*490*480mm
Peso neto	10kg
Peso bruto	12kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)