Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Depurador del sistema de escape 18 L/min

Código: B2-01-010558

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El proceso de digestión de muestras produce una gran cantidad de niebla ácida, que contamina el ambiente y daña las instalaciones. Este equipo recoge, neutraliza y filtra la niebla ácida. Consta de tres filtros: en la primera etapa, una solución alcalina de la concentración correspondiente neutraliza la niebla ácida; en la segunda, agua destilada sigue filtrando el gas residual; y en la tercera, el gas residual pasa a la botella de amortiguación. Tras las tres etapas de filtración, el gas puede alcanzar el estándar de emisión sin dañar el ambiente ni las instalaciones, con emisiones libres de contaminación.

Características

1. Equipo de neutralización ácido-álcali con bomba de presión negativa; la bomba de aire es de gran caudal y larga vida útil.
2. Absorción en tres etapas con solución alcalina y agua destilada como amortiguador para la evacuación del gas.
3. Instrumento de uso simple.
4. Permite reemplazar la solución neutralizante.

Especificaciones técnicas

Especificación	**18L/min - Φ8~10mm(hay reductores disponibles) - 1.7L B2-01-010558**
Caudal de extracción	18L/min
Conexión de extracción de aire	Φ8~10mm(hay reductores disponibles)
Frasco de solución alcalina	1.7L
Frasco de agua destilada	1.7L
Concentración de álcali	10%~35%
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz
Consumo	120W
Dimensiones del embalaje (An*Al*Pr) mm	460*460*480
Peso bruto (kg)	18

Aplicaciones

1. ## Confirme el caudal y la conexión

   Compare el caudal de gas que debe extraer su equipo con el caudal de extracción, y revise que el diámetro de su manguera calza con la conexión o con un reductor.

- **Caudal de extracción**: 18L/min
- **Conexión de extracción de aire**: Φ8~10mm(hay reductores disponibles)

2. # Prevea la solución neutralizante

Considere el volumen de los frascos y la concentración de álcali al preparar y reponer la solución.

- **Frasco de solución alcalina**: 1.7L
- **Frasco de agua destilada**: 1.7L
- **Concentración de álcali**: 10%~35%

3. # Prevea la instalación

Confirme la alimentación disponible y el consumo del equipo en el lugar de trabajo.

- **Alimentación eléctrica**: AC220V, 50Hz
- **Consumo**: 120W

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización