



Microscopio estéreo de fluorescencia objetivos 4/10/40/100x

Código: B2-01-010599

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El microscopio biológico de fluorescencia es un instrumento de imágenes avanzado diseñado para el análisis de alta precisión de muestras biológicas bajo iluminación de fluorescencia.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Revólver de cuatro aperturas - 4X, 10X, 40X, 100X(aceite)
Ver la cabeza	Cabezal de observación binocular (XY-1), cabezal de observación trinocular (XY-2)
Iluminación directa fluorescente	Elija el sistema de filtro de luz de excitación B (azul) o G (verde) como estándar, sistema de luz LED O ordinario
Pantalla protectora	Pantalla de protección UV (solo cuando es opcional para luz UV)
Muserola	Revólver de cuatro aperturas
Objetivos acromáticos	4X, 10X, 40X, 100X(aceite)
Fuente de alimentación	CA 100~240 V, 50/60 Hz
Tamaño del embalaje	320*270*425 mm; 150*300*250 mm
Peso bruto	7 kg; 3 kg

Aplicaciones

microscopio de fluorescencia: la compra se decide principalmente por ver la cabeza: cabezal de observación binocular (xy-1), cabezal de observación trinocular (xy-2) y iluminación directa fluorescente: elija el sistema de filtro de luz de excitación b (azul) o g (verde) como estándar, sistema de luz led o ordinario.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es ver la cabeza: cabezal de observación binocular (xy-1), cabezal de observación trinocular (xy-2).

Adecuado cuando la especificacion requerida es iluminación directa fluorescente: elija el sistema de filtro de luz de excitación b (azul) o g (verde) como estándar, sistema de luz led o ordinario.

Adecuado cuando la especificación requerida es pantalla protectora: pantalla de protección uv (solo cuando es opcional para luz uv).

Criterios de compatibilidad

Verifique ver la cabeza: cabezal de observación binocular (xy-1), cabezal de observación trinocular (xy-2) antes de confirmar la compra.

Verifique iluminación directa fluorescente: elija el sistema de filtro de luz de excitación b (azul) o g (verde) como estándar, sistema de luz led o ordinario antes de confirmar la compra.

Verifique pantalla protectora: pantalla de protección uv (solo cuando es opcional para luz uv) antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento técnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si ver la cabeza: cabezal de observación binocular (xy-1), cabezal de observación trinocular (xy-2) y iluminación directa fluorescente: elija el sistema de filtro de luz de excitación b (azul) o g (verde) como estándar, sistema de luz led o ordinario coinciden con el requerimiento técnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)