Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Pipeta ajustable monocanal 0,1-50 uL

Código: B2-01-010764.1 / B2-01-010764.2 / B2-01-010764.3 / B2-01-010764.4

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Descripción General La pipeta ajustable clásica de un solo canal es una herramienta de laboratorio fundamental diseñada para una manipulación de líquidos precisa y confiable.

Su rango de volumen ajustable y su diseño ergonómico lo hacen ideal para una amplia variedad de aplicaciones en laboratorios de investigación, clínicos y de control de calidad.

- Esta pipeta proporciona una medición precisa y un funcionamiento sencillo, lo que garantiza consistencia y eficiencia en las tareas de dosificación de líquidos.

Especificaciones técnicas

Especificación	1 B2-01-010764.1	2 B2-01-010764.2	3 B2-01-010764.3	4 B2-01-010764.4
Modelo	B2-01-010764.1	B2-01-010764.2	B2-01-010764.3	B2-01-010764.4
Configuracion	10~100 µl - 100 µl - 50 µl	20~200 µl - 200 µl - 100 µl	100~1000 µl - 1000 µl - 500 µl	1000~5000 µl - 5000 µl - 2500 µl
Ensayo 1 - Rango de volumen	10~100 µl	20~200 µl	100~1000 µl	1000~5000 µl
Ensayo 2 - Rango de volumen	10~100 µl	20~200 µl	100~1000 µl	1000~5000 µl
Ensayo 3 - Rango de volumen	10~100 µl	20~200 µl	100~1000 µl	1000~5000 µl
Ensayo 1 - Incremento	1,0 µl	1,0 µl	5,0 µl	50,0 µl
Ensayo 2 - Incremento	1,0 µl	1,0 µl	5,0 µl	50,0 µl
Ensayo 3 - Incremento	1,0 µl	1,0 µl	5,0 µl	50,0 µl
Ensayo 1 - Volumen de prueba	100 µl	200 µl	1000 µl	5000 µl
Ensayo 2 - Volumen de prueba	50 µl	100 µl	500 µl	2500 µl
Ensayo 3 - Volumen de prueba	10 µl	20 µl	100 µl	1000 µl
Ensayo 1 - Error sistemático máximo permisible	±0,80%	±0,60%	±0,60%	±0,50%
Ensayo 2 - Error sistemático máximo permisible	±1,00%	±0,80%	±0,70%	±0,60%

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1 B2-01-010764.1	2 B2-01-010764.2	3 B2-01-010764.3	4 B2-01-010764.4
Ensayo 3 - Error sistemático máximo permisible	±3,00%	±2,50%	±2,00%	±0,70%
Ensayo 1 - Error aleatorio máximo permitido	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
Ensayo 2 - Error aleatorio máximo permitido	0,40%	0,30%	0,25%	0,30%
Ensayo 3 - Error aleatorio máximo permitido	1.00%	0,80%	0,70%	0,30%

Aplicaciones

Microscopio metalurgico: compare 500µl, 10µl y 50µl para confirmar que la variante cubre su capacidad, formato o desempeno real.

Que cambia entre variantes

B2-01-010764.1: 10µl: ±3,00%; 500µl: ±0,70%.

B2-01-010764.2: 10µl: 1,00%; 500µl: 0,25%.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando necesita 10µl: ±3,00% y 500µl: ±0,70%.

Conviene cuando necesita 10µl: 1,00% y 500µl: 0,25%.

Como elegir rapido

Empiece comparando 500µl, 10µl y 50µl. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su operacion real.

Recomendacion de compra

Compre la alternativa que cubra 500µl, 10µl y 50µl con margen segun su carga real.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización