Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Sistema de tratamiento de aguas residuales de laboratorio 200/500 L/dia

Código: B2-01-010946.1 / B2-01-010946.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Solicitud: Centro médico, inspección química, laboratorio PCR, quirófano, centro de estética

- Volumen de agua tratada: 200L/Día (8 horas).
- Rango de medición de pH: 0~14.
- Valor de ajuste de pH: 6~9.
- Resolución: 0,01 pH.
- Exactitud: ±0,02 pH.
- Sistema de procesamiento: Precipitación de neutralización + desinfección de compuestos (oxidación con ozono, oxidación de agentes oxidantes) + esterilización UV + filtración multietapa.

Especificaciones técnicas

Especificación	1 B2-01-010946.1	2 B2-01-010946.2
Modelo	B2-01-010946.1	B2-01-010946.2
Configuracion	200L/Día (8 horas)	500L/Día (8 horas)
Volumen de agua tratada	200L/Día (8 horas)	500L/Día (8 horas)
Rango de medición de pH	0~14	0~14
Valor de ajuste de pH	6~9	6~9
Resolución	0,01 pH	0,01 pH
Exactitud	±0,02 pH	±0,02 pH
Sistema de procesamiento	Precipitación de neutralización + desinfección de compuestos (oxidación con ozono, oxidación de agentes oxidantes) + esterilización UV + filtración multietapa	Precipitación de neutralización + desinfección de compuestos (oxidación de ozono, oxidación de agente oxidante) + esterilización UV + filtración multietapa + aireación + fotocatálisis (opcional) + microelectrólisis
Modo de descarga	Con métodos de descarga positiva y negativa	Con métodos de descarga positiva y negativa
Vía de entrada de agua	Entrada de imbibición	Entrada de imbibición y entrada artesiana
Dispositivo anticongelante	Con función de calentamiento anticongelante, la función anticongelante se inicia automáticamente cuando la temperatura es inferior a 5 °C.	Con función de calentamiento anticongelante, la función anticongelante se inicia automáticamente cuando la temperatura es inferior a 5 °C.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1 B2-01-010946.1	2 B2-01-010946.2
Alarma de falta de líquido	Detección de nivel de líquido multicanal, con función de alarma de escasez de líquido de medicamento, tratamiento automático de aguas residuales	Detección de nivel de líquido multicanal, con función de alarma de escasez de líquido de medicamento, tratamiento automático de aguas residuales
Alimentacion electrica	Estándar: 220 V, 50/60 Hz; Opcional: 110 V, 50/60 Hz	Estándar: 220 V, 50/60 Hz; Opcional: 110 V, 50/60 Hz
Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.)	Máquina: 1055*559*948mm Accesorios: 315*555*165mm	Máquina: 1500*710*1415 mm Accesorios: 515*515*1315mm
Peso bruto	102,5 kilos	220 kilos

Aplicaciones

Equipo de laboratorio, Capacidad 200 L: compare Volumen de agua tratada, Rango de medición de pH y Valor de ajuste de pH para decidir si el equipo cubre su proceso real.

Que cambia entre variantes

B2-01-010946.1: Volumen de agua tratada: 200L/Día (8 horas); Rango de medición de pH: 0~14.

B2-01-010946.2: Volumen de agua tratada: 500L/Día (8 horas); Vía de entrada de agua: Entrada de imbibición y entrada artesiana.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige volumen de agua tratada: 200l/día (8 horas) y rango de medición de ph: 0~14.

Conviene cuando su proceso exige volumen de agua tratada: 500l/día (8 horas) y vía de entrada de agua: entrada de imbibición y entrada artesiana.

Como elegir rapido

Empiece comparando Volumen de agua tratada, Rango de medición de pH y Valor de ajuste de pH. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.

Recomendacion de compra

Compre la alternativa que cubra Volumen de agua tratada, Rango de medición de pH y Valor de ajuste de pH con margen segun su carga real.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización