Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Filtro de punto de obstruccion de filtro en frio

Código: B2-01-011024

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El filtro de punto de obstrucción de filtro en frío es un instrumento de laboratorio que mide la capacidad de los productos derivados del petróleo para pasar a través de un filtro a bajas temperaturas, y así evaluar sus características de flujo en ambientes fríos. Equipado con baño de refrigeración y otros accesorios, se puede usar para determinar el punto de obstrucción de filtro en frío de combustibles destilados. Este ensayo permite verificar el funcionamiento de aceites de calefacción, combustibles diésel y otros productos derivados del petróleo durante el invierno o en regiones de baja temperatura. El instrumento está diseñado y fabricado según la Norma Industrial de la República Popular China SH/T 0248-2006 Combustibles diésel y de calefacción doméstica - Determinación del punto de obstrucción de filtro en frío.

Características

- 1. Estructura integral.
- 2. El zumbador suena al terminar la filtración por succión.
- 3. Pantalla digital para configurar los datos; el temporizador se detiene al cumplirse el tiempo programado.
- 4. Equipado con el baño de refrigeración correspondiente, permite realizar el ensayo de punto de obstrucción de filtro en frío.

Especificaciones técnicas

Especificación	**250ml/min(Sin carga) - 1961Pa(200mm±1mm) - ≤85% B2-01-011024**
Copa de ensayo	La copa tiene una línea de marca en 45ml
Conjunto de filtro	Fabricado en cobre Tamaño de orificio del tamiz del filtro: 45μm(330 mallas)
Presión de bombeo	1961Pa(200mm±1mm)
Temperatura ambiente	15~35℃
Humedad relativa	≤85%
Caudal de extracción	250ml/min(Sin carga)
Consumo	≤150W
Alimentación eléctrica	AC220V±10%, 50Hz
Dimensiones externas (L*An*Al)	550*250*400mm
Dimensiones del embalaje (L*An*Al)	705*380*590mm
Peso neto	15kg
Peso bruto	20kg

Aplicaciones

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

1. # Confirme su método de ensayo

   Revise que la copa de ensayo y la presión de bombeo correspondan a la norma que aplica a sus combustibles.

   - **Copa de ensayo**: La copa tiene una línea de marca en 45ml
   - **Presión de bombeo**: 1961Pa(200mm±1mm)

2. # Verifique el ambiente de trabajo

   Compare la temperatura y la humedad de su laboratorio con las condiciones de operación del equipo.

   - **Temperatura ambiente**: 15~35℃
   - **Humedad relativa**: ≤85%

3. # Prevea la instalación

   Confirme la alimentación eléctrica disponible y el espacio en el mesón.

   - **Alimentación eléctrica**: AC220V±10%, 50Hz
   - **Dimensiones externas (L*An*Al)**: 550*250*400mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización