Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Analizador de leche

Código: B2-01-011042

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La función del analizador de leche es realizar análisis rápidos de la leche: grasa (FAT), sólidos no grasos (SNF), proteínas, porcentajes de lactosa y de contenido de agua, temperatura (℃), punto de congelación, sales, sólidos totales y densidad de una misma muestra, directamente después del ordeño, en la recolección y durante el procesamiento.

Especificaciones técnicas

Especificación	**0.01%~25% - 3%~15% - 1015~1040 kg/m³ B2-01-011042**
Rango de medición · Grasa	0.01%~25%
Rango de medición · Sólidos no grasos (SNF)	3%~15%
Rango de medición · Densidad	1015~1040 kg/m³
Rango de medición · Proteínas	2%~7%
Rango de medición · Lactosa	0.01%~6%
Rango de medición · Contenido de agua	0%~70%
Rango de medición · Temperatura	1℃~40℃
Rango de medición · Punto de congelación	-0.4℃~-0.7℃
Rango de medición · Sales	0.4%~1.5%
Exactitud · Grasa	±0.10%
Exactitud · Sólidos no grasos (SNF)	±0.15%
Exactitud · Densidad	±0.3 kg/m³
Exactitud · Proteínas	±0.15%
Exactitud · Lactosa	±0.20%
Exactitud · Contenido de agua	±3.0%
Exactitud · Temperatura	±1℃
Exactitud · Punto de congelación	±0.001℃
Exactitud · Sales	±0.05%
Interfaz	RS232
Accesorio estándar	Impresora
Pantalla	Pantalla LCD - 4 líneas*16 caracteres
Alimentación eléctrica	100~240V, 50/60Hz
Peso bruto	2.5kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	0.01%~25% - 3%~15% - 1015~1040 kg/m³ B2-01-011042
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	240*310*185mm

Aplicaciones

1. Defina los parámetros que necesita medir

Compare los rangos de grasa, sólidos no grasos y proteínas de sus muestras con los del equipo.

- **Rango de medición · Grasa**: 0.01%~25%
- **Rango de medición · Sólidos no grasos (SNF)**: 3%~15%
- **Rango de medición · Proteínas**: 2%~7%

Revise la exactitud que exige su control de calidad para esos parámetros.

- **Exactitud · Grasa**: ±0.10%
- **Exactitud · Sólidos no grasos (SNF)**: ±0.15%
- **Exactitud · Proteínas**: ±0.15%

2. Confirme el registro de resultados

Verifique que la interfaz de datos y la impresora incluida se ajusten a su forma de registrar resultados.

- **Interfaz**: RS232
- **Accesorio estándar**: Impresora

3. Prevea la instalación

Confirme la alimentación eléctrica disponible en el punto de uso.

- **Alimentación eléctrica**: 100~240V, 50/60Hz

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización