



instrumento de terapia de frecuencia intermedia 0-100 mA

Código: B2-01-011103

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripción general Introducción: El instrumento de terapia de frecuencia intermedia proporciona soluciones de fisioterapia efectivas a través de estimulación eléctrica segura y cómoda. Salida: Doble canal, dos pacientes tratados al mismo tiempo. Forma de onda de modulación: Onda cuadrada, onda trapezoidal, onda triangular, onda en diente de sierra, onda exponencial, onda sinusoidal, onda de pulso y otras ondas de amplitud. Frecuencia portadora: 2kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz. Frecuencia modulada: 0~150Hz. Intensidad actual: 0~100mA. Tiempo de trabajo continuo: $\geq 4h$.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	90 VA - 29 - 2kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz
Salida	Doble canal, dos pacientes tratados al mismo tiempo
Prescripciones	29
Forma de onda de modulación	Onda cuadrada, onda trapezoidal, onda triangular, onda diente de sierra, onda exponencial, onda sinusoidal, onda de pulso y otras ondas de amplitud
Frecuencia portadora	2kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz
Frecuencia modulada	0~150Hz
Intensidad de corriente	0~100mA
Tiempo de funcionamiento continuo	$\geq 4h$
Modulación	0, 100%
Alimentación eléctrica	CA 220/110 V, 50/60 Hz
Potencia	90 VA
Dimensiones externas (A×P×H)	344×266×118 mm
Peso neto	3 kg
Dimensiones del embalaje (A×P×H)	470×310×260 mm
Peso bruto	4,5 kg

Aplicaciones

Congelador ultrabajo: la compra se decide principalmente por especificación: cotizar y tiempo de trabajo continuo: $\geq 4h$.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es especificacion: cotizar.

Adecuado cuando la especificacion requerida es tiempo de trabajo continuo: $\geq 4h$.

Adecuado cuando la especificacion requerida es frecuencia portadora: 2 khz, 3 khz, 4 khz, 5 khz.

Criterios de compatibilidad

Verifique especificacion: cotizar antes de confirmar la compra.

Verifique tiempo de trabajo continuo: $\geq 4h$ antes de confirmar la compra.

Verifique frecuencia portadora: 2 khz, 3 khz, 4 khz, 5 khz antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si especificacion: cotizar y tiempo de trabajo continuo: $\geq 4h$ coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)