Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Cuentas de vidrio para tamices #30-325

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Materiales de referencia del NIST – Perlas de vidrio

Materiales de referencia de perlas de vidrio estándar para usar con tamices de prueba ASTM. Estos elementos son perlas de vidrio calibradas para determinar las aberturas efectivas de los tamices de prueba, no para determinar si el tamiz cumple con las especificaciones.

Materiales de referencia del NIST – Cuentas de vidrio

Materiales de referencia de perlas de vidrio estándar para usar con tamices de ensayo ASTM. Estas perlas de vidrio calibradas se utilizan para determinar las aberturas efectivas de los tamices de ensayo, no para determinar si el tamiz cumple con las especificaciones.

Imagen	Código	Descripción
	HN-3950	HN-3950
	HN-3952	HN-3952 Perlas de vidrio, referencia NIST – n.° 45 – 140 (400 –100 micras)
	HN-3951	HN-3951 Perlas de vidrio, referencia NIST – n.° 25 – 60 (750 –220 micras)
	HN-3953	HN-3953 Perlas de vidrio, referencia NIST – n.° 120 – 270 (125 – 53 micras)
	HN-3954	HN-3954 Perlas de vidrio, referencia NIST – n.° 400 – 635 (38 – 20 micras)
	HN-3955	HN-3955 Perlas de vidrio, referencia NIST – n.° 30 – 635 (600 – 45 micras)

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización