Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Contenedor de muestra para solidez agregada

Código: H-3351

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM C88 , ASTM D6473

Para probar la integridad de los agregados, el recipiente se utiliza para sumergir muestras de agregado grueso en una solución y luego transferirlas a un horno para un secado uniforme en el menor tiempo posible. Malla de alambre de acero inoxidable n.° 4, con la base soldada al marco después de su fabricación. Dimensiones generales: 254 x 102 mm (10" x 4") de diámetro, con asa de alambre redondo de 3 mm (0,125").

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-3351	Contenedor de muestras H-3351 para la evaluación de la integridad de los agregados

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización