Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



# Reometro de hormigon

**Código:** B2-01-67-0058

**Marca:** Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

## Detalle

**Reómetro de hormigón. Rango de torque 0.01–50 Nm**

ESTÁNDAR GB/T 50080-2016 ASTM-C1749-25

Este instrumento es aplicable a la investigación, diseño de proporciones de mezcla de concreto, control de calidad de producción y otros campos.

Se caracteriza por su operación simple, multifunción, automatización, portabilidad, y puede determinar mejor la trabajabilidad de los materiales, siendo adecuado para diferentes ocasiones.

Rango de Materiales Testeables: Concreto y mortero desde bajo revenimiento hasta concreto autocompactante (Requerimiento mínimo de revenimiento: ≥50 mm; recomendado ≥75 mm. Un concreto demasiado rígido resultará en un mal desempeño de la prueba).

## Especificaciones técnicas

| Especificación | Valor |
|---|---|
| Requerimiento mín. de revenimiento | ≥ 50 mm ( ≥75 mm recomendado) |
| Tamaño nominal máx. del agregado | 5 - 35 mm (personalizable hasta 45 mm) |
| Velocidad de rotación del impulsor | 0.001 - 1.0 rps |
| Dimensiones del impulsor | Ø125 mm × 125 mm (intercambiable) |
| Rango de torque | 0.01–50 Nm |
| Precisión de torque | 0.1% |
| Torque mín. detectable | 0.001 Nm |
| Torque pico | 90 Nm (≤ 2 s) |
| Tipo de motor | Servomotor |

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización