Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Medidor de glucosa en sangre 20-600 mg/dL

Código: B2-01-012127.1 / B2-01-012127.2

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El medidor de glucosa en sangre es un dispositivo diseñado para medir los niveles de glucosa en sangre, que ayuda a pacientes y profesionales de la salud a monitorear la diabetes. El equipo debe utilizarse con reactivos.

Características

1. Prueba rápida: resultado de la prueba en 5 segundos
2. Código: con código o sin código
3. Operación: legible
4. Datos: estadísticas independientes antes y después de las comidas

Especificaciones técnicas

Especificación	Sí - Sí B2-01-012127.1	No - No B2-01-012127.2
Metodología	Método electroquímico	Método electroquímico
Rango de medición	Glu: 20-600mg/dL (1.1-33.3mmol/L)	Glu: 20-600mg/dL (1.1-33.3mmol/L)
Muestra	Sangre total capilar o venosa fresca	Sangre total capilar o venosa fresca
Alimentación eléctrica	3.0V, batería de litio CR2032	3.0V, batería de litio CR2032
Autonomía de la batería	Aproximadamente 1,000 pruebas	Aproximadamente 1,000 pruebas
Unidad de medida	Mmol/L, mg/dL	Mmol/L, mg/dL
Memoria	200 registros	200 registros
Apagado automático	1 minuto después de mostrar los resultados	1 minuto después de mostrar los resultados
Tamaño	84.55218mm	84.55218mm
Peso neto	50g	50g
Condiciones de almacenamiento	0-55°C; ≤90% HR	0-55°C; ≤90% HR
Condiciones de operación	8-37°C; ≤90% HR, altitud 3000m	8-37°C; ≤90% HR, altitud 3000m
Bolsa de transporte	Sí	No
Función de expulsión automática de la tira reactiva	Sí	No

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Sí - Sí B2-01-012127.1	No - No B2-01-012127.2
Dimensiones de embalaje	11045160mm	11045160mm
Peso bruto	131g	131g

Aplicaciones

1. Confirme el método y la muestra

Confirme que la metodología de medición y el tipo de muestra correspondan a su protocolo de trabajo.

- **Función de expulsión automática de la tira reactiva**: Sí
  - **Metodología**: Método electroquímico
  - **Muestra**: Sangre total capilar o venosa fresca
- **Función de expulsión automática de la tira reactiva**: No
  - **Metodología**: Método electroquímico
  - **Muestra**: Sangre total capilar o venosa fresca

2. Revise las condiciones de uso

Verifique que las condiciones de almacenamiento y de operación del lugar donde lo usará estén dentro de lo indicado.

- **Función de expulsión automática de la tira reactiva**: Sí
  - **Condiciones de almacenamiento**: 0-55°C; ≤90% HR
  - **Condiciones de operación**: 8-37°C; ≤90% HR, altitud 3000m
- **Función de expulsión automática de la tira reactiva**: No
  - **Condiciones de almacenamiento**: 0-55°C; ≤90% HR
  - **Condiciones de operación**: 8-37°C; ≤90% HR, altitud 3000m

3. Considere la portabilidad

Compare el tamaño del medidor con el uso portátil que necesita.

- **Función de expulsión automática de la tira reactiva**: Sí
  - **Tamaño**: 84.55218mm
- **Función de expulsión automática de la tira reactiva**: No
  - **Tamaño**: 84.55218mm

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización