



Probador de claridad tiempo 1-99s

Código: B2-01-012143

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El probador de claridad está diseñado para inspeccionar la transparencia de medicamentos inyectables y líquidos envasados.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	BCM-2 - 1000~4000LUX - 1~99s
Model	BCM-2
Lamp	2*20W tri-color fluorescent lamp
Illumination Range	1000~4000LUX
Time Range	1~99s
Consumption	40W
Power Supply	AC220V, 50/60Hz(Standard); AC110V, 60Hz(Optional, external transformer)
External Size(W*D*H) mm	680*410*500
Package Size(W*D*H) mm	810*610*610
Net Weight(kg)	10
Gross Weight (kg)	14

Aplicaciones

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuado para inspeccionar la transparencia de medicamentos inyectables y líquidos envasados. - Seleccione este equipo si el proceso exige iluminación regulada en el rango 1000~4000 LUX. - El rango de tiempo de 1~99 s permite validar ciclos breves de observación según el protocolo interno. Confirme que la lámpara fluorescente 2*8W y la alimentación disponible coincidan con las condiciones del puesto de inspección.

Usos recomendados

Aplicaciones y criterios de uso

- Adecuado para inspeccionar la transparencia de medicamentos inyectables y líquidos envasados.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Criterios de compatibilidad

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuado para inspeccionar la transparencia de medicamentos inyectables y líquidos envasados. - Seleccione este equipo si el proceso exige iluminación regulada en el rango 1000~4000 LUX. - El rango de tiempo de 1~99 s permite validar ciclos breves de observación según el protocolo interno. Confirme que la lámpara fluorescente 2*8W y la alimentación disponible coincidan con las condiciones del puesto de inspección.

Como validar si sirve

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuado para inspeccionar la transparencia de medicamentos inyectables y líquidos envasados. - Seleccione este equipo si el proceso exige iluminación regulada en el rango 1000~4000 LUX. - El rango de tiempo de 1~99 s permite validar ciclos breves de observación según el protocolo interno. Confirme que la lámpara fluorescente 2*8W y la alimentación disponible coincidan con las condiciones del puesto de inspección.

Recomendación de compra

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuado para inspeccionar la transparencia de medicamentos inyectables y líquidos envasados. - Seleccione este equipo si el proceso exige iluminación regulada en el rango 1000~4000 LUX. - El rango de tiempo de 1~99 s permite validar ciclos breves de observación según el protocolo interno. Confirme que la lámpara fluorescente 2*8W y la alimentación disponible coincidan con las condiciones del puesto de inspección.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)