



Analizador de grasa 22 176 muestras (tiempo de trabajo de 8 horas)

Código: B2-01-012207

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El analizador de grasa está diseñado para la determinación precisa y eficiente del contenido de grasa cruda en alimentos, piensos, granos, productos lácteos y otras muestras agrícolas.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	SFA-15 - 3µm 3D ultra-micro filter bags - 22
Model	SFA-15
Technology	3µm 3D ultra-micro filter bags
Temp. Control Range	RT ~100°C; Extraction Temp.: 50~90°C
Temp. Accuracy	±0.2°C
Sample Batch Capacity	22
Daily Processing Capacity	176 samples (8-hour working time)
Sampling Amount/Bag	0.5~1.5g
Solvent Recovery	≥97%
Measuring Range	0.1~100%
Batch Processing Time	30~90 minutes (including heating and drying time)
Result Standard Deviation	≤±0.5%
Repeatability Accuracy	≤±0.5%
Reagents	Petroleum Ether, Ether.
Power Supply	AC220V, 50Hz
Standard Accessories	Extraction Cup*1; Special 3D Filter Bags*200; Basket*1; Inert Black Marking Pens* 1; Sealer*1; 16-Position Sample Holder*1; Waste Liquid Bottle*1
External Size(W*D*H)	318*470*718mm
Net Weight	40kg
Package Size(W*D*H)	575*520*915mm
Gross Weight	55.4kg

Aplicaciones

Este analizador de grasa se selecciona por capacidad de muestra, rango de medición y rendimiento diario. La evidencia indica

determinación de grasa cruda en alimentos, piensos, granos, productos lácteos y otras muestras agrícolas.

Usos recomendados

- Análisis de contenido de grasa cruda en matrices alimentarias, piensos, granos, lácteos y muestras agrícolas.
- Procesos que requieran 22 muestras por lote y hasta 176 muestras en una jornada de 8 horas.
- Mediciones dentro de rango 0,1~100% con bolsas de filtro ultramicro 3D de 3 µm.

Criterios de compatibilidad

- Confirme cantidad de muestra por bolsa de 0,5~1,5 g.
- Valide rango de temperatura de extracción 50~90 °C y precisión de temperatura $\pm 0,2$ °C.
- Revise uso de éter de petróleo o éter según procedimiento del laboratorio.

Como validar si sirve

Guía de compra Este analizador de grasa se selecciona por capacidad de muestra, rango de medición y rendimiento diario. La evidencia indica determinación de grasa cruda en alimentos, piensos, granos, productos lácteos y otras muestras agrícolas. Usos recomendados - Análisis de contenido de grasa cruda en matrices alimentarias, piensos, granos, lácteos y muestras agrícolas. - Procesos que requieran 22 muestras por lote y hasta 176 muestras en una jornada de 8 horas. - Mediciones dentro de rango 0,1~100% con bolsas de filtro ultramicro 3D de 3 µm. Criterios de compatibilidad - Confirme cantidad de muestra por bolsa de 0,5~1,5 g. - Valide rango de temperatura de extracción 50~90 °C y precisión de temperatura $\pm 0,2$ °C. - Revise uso de éter de petróleo o éter según procedimiento del laboratorio.

Recomendación de compra

Guía de compra Este analizador de grasa se selecciona por capacidad de muestra, rango de medición y rendimiento diario. La evidencia indica determinación de grasa cruda en alimentos, piensos, granos, productos lácteos y otras muestras agrícolas. Usos recomendados - Análisis de contenido de grasa cruda en matrices alimentarias, piensos, granos, lácteos y muestras agrícolas. - Procesos que requieran 22 muestras por lote y hasta 176 muestras en una jornada de 8 horas. - Mediciones dentro de rango 0,1~100% con bolsas de filtro ultramicro 3D de 3 µm. Criterios de compatibilidad - Confirme cantidad de muestra por bolsa de 0,5~1,5 g. - Valide rango de temperatura de extracción 50~90 °C y precisión de temperatura $\pm 0,2$ °C. - Revise uso de éter de petróleo o éter según procedimiento del laboratorio.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)