Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



# Micropipeta ajustable de un solo canal

**Marca:** Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

## Códigos de variantes

| Referencia | Código |
|---|---|
| 1 | B2-01-012334.1 |
| 2 | B2-01-012334.2 |
| 3 | B2-01-012334.3 |
| 4 | B2-01-012334.4 |
| 5 | B2-01-012334.5 |
| 6 | B2-01-012334.6 |
| 7 | B2-01-012334.7 |
| 8 | B2-01-012334.8 |
| 9 | B2-01-012334.9 |
| 10 | B2-01-012334.10 |
| 11 | B2-01-012334.11 |

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

## Detalle

Solicitud: La pipeta mecánica es adecuada para centros de I+D, laboratorios escolares, empresas de I+D química, síntesis química y otros lugares.

- Diseño ligero y ergonómico para garantizar una mejor sensación de uso.
- Pantalla digital, datos fáciles de leer.
- Las pipetas cubren un rango de volumen de 0,5 µl a 1 ml.
- Fácil de calibrar y mantener.
- La parte inferior se puede esterilizar en autoclave sin afectar el rendimiento ni la comodidad.
- Fabricado con materiales innovadores.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

# Especificaciones técnicas

| Especificación | 1<br>B2-01-012334.1 | 10<br>B2-01-012334.10 | 11<br>B2-01-012334.11 | 2<br>B2-01-012334.2 |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | B2-01-012334.1 | B2-01-012334.10 | B2-01-012334.11 | B2-01-012334.2 |
| Configuracion | 0,1-2,5 µl - 0.25 - 1.25 | 1000-5000 µl - 1000 - 2500 | 2-10 ml - 2000 - 5000 | 0,5-10 µl - 1 - 5 |
| Ensayo 1 - Volumen | 0,1-2,5 µl | 1000-5000 µl | 2-10 ml | 0,5-10 µl |
| Ensayo 2 - Volumen | 0,1-2,5 µl | 1000-5000 µl | 2-10 ml | 0,5-10 µl |
| Ensayo 3 - Volumen | 0,1-2,5 µl | 1000-5000 µl | 2-10 ml | 0,5-10 µl |
| Ensayo 1 - Incremento | 0,05 µl | 50 µl | 0,1 ml | 0,1 µl |
| Ensayo 2 - Incremento | 0,05 µl | 50 µl | 0,1 ml | 0,1 µl |
| Ensayo 3 - Incremento | 0,05 µl | 50 µl | 0,1 ml | 0,1 µl |
| Ensayo 1 - Volumen de prueba (µl) | 0.25 | 1000 | 2000 | 1 |
| Ensayo 2 - Volumen de prueba (µl) | 1.25 | 2500 | 5000 | 5 |
| Ensayo 3 - Volumen de prueba (µl) | 2.5 | 5000 | 10000 | 10 |
| Ensayo 1 - Máximo permisible | 6 | 0.3 | 0.4 | 1 |
| Ensayo 2 - Máximo permisible | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Ensayo 3 - Máximo permisible | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| Ensayo 1 - Máximo permisible | 0,015 | 3 | 8 | 0,01 |
| Ensayo 2 - Máximo permisible | 0.0188 | 7.5 | 20 | 0,02 |
| Ensayo 3 - Máximo permisible | 0,01 | 15 | 40 | 0.05 |
| Ensayo 1 - Máximo permisible | 3 | 0.1 | 0.1 | 1.8 |
| Ensayo 2 - Máximo permisible | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| Ensayo 3 - Máximo permisible | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 1.1 |
| Ensayo 1 - Máximo permisible | 0,0075 | 1 | 2 | 0,018 |
| Ensayo 2 - Máximo permisible | 0.0225 | 2.5 | 5 | 0,02 |
| Ensayo 3 - Máximo permisible | 0.03 | 5 | 10 | 0.11 |

| Especificación | 3<br>B2-01-012334.3 | 4<br>B2-01-012334.4 | 5<br>B2-01-012334.5 | 6<br>B2-01-012334.6 |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | B2-01-012334.3 | B2-01-012334.4 | B2-01-012334.5 | B2-01-012334.6 |
| Configuracion | 2-20 µl - 2 - 10 | 5-50 µl - 5 - 25 | 10-100 µl - 10 - 50 | 20-200 µl - 20 - 100 |
| Ensayo 1 - Volumen | 2-20 µl | 5-50 µl | 10-100 µl | 20-200 µl |
| Ensayo 2 - Volumen | 2-20 µl | 5-50 µl | 10-100 µl | 20-200 µl |
| Ensayo 3 - Volumen | 2-20 µl | 5-50 µl | 10-100 µl | 20-200 µl |
| Ensayo 1 - Incremento | 0,5 µl | 0,5 µl | 1 µl | 1 µl |
| Ensayo 2 - Incremento | 0,5 µl | 0,5 µl | 1 µl | 1 µl |
| Ensayo 3 - Incremento | 0,5 µl | 0,5 µl | 1 µl | 1 µl |
| Ensayo 1 - Volumen de prueba (µl) | 2 | 5 | 10 | 20 |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Especificación | 3<br>B2-01-012334.3 | 4<br>B2-01-012334.4 | 5<br>B2-01-012334.5 | 6<br>B2-01-012334.6 |
|---|---|---|---|---|
| Ensayo 2 - Volumen de prueba (µl) | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Ensayo 3 - Volumen de prueba (µl) | 20 | 50 | 100 | 200 |
| Ensayo 1 - Máximo permisible | 0.4 | 2 | 0.2 | 0.5 |
| Ensayo 2 - Máximo permisible | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.3 |
| Ensayo 3 - Máximo permisible | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| Ensayo 1 - Máximo permisible | 0,008 | 0.1 | 0,02 | 0.1 |
| Ensayo 2 - Máximo permisible | 0.04 | 0.325 | 0.1 | 0.3 |
| Ensayo 3 - Máximo permisible | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| Ensayo 1 - Máximo permisible | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
| Ensayo 2 - Máximo permisible | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.2 |
| Ensayo 3 - Máximo permisible | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 0.1 |
| Ensayo 1 - Máximo permisible | 0,008 | 0.055 | 0.09 | 0.16 |
| Ensayo 2 - Máximo permisible | 0.05 | 0,175 | 0.45 | 0.2 |
| Ensayo 3 - Máximo permisible | 0.08 | 0,75 | 0.9 | 0.2 |

| Especificación | 7<br>B2-01-012334.7 | 8<br>B2-01-012334.8 | 9<br>B2-01-012334.9 |
|---|---|---|---|
| Modelo | B2-01-012334.7 | B2-01-012334.8 | B2-01-012334.9 |
| Configuracion | 50-200 µl - 50 - 100 | 100-1000 µl - 100 - 500 | 200-1000 µl - 200 - 500 |
| Ensayo 1 - Volumen | 50-200 µl | 100-1000 µl | 200-1000 µl |
| Ensayo 2 - Volumen | 50-200 µl | 100-1000 µl | 200-1000 µl |
| Ensayo 3 - Volumen | 50-200 µl | 100-1000 µl | 200-1000 µl |
| Ensayo 1 - Incremento | 1 µl | 5 µl | 5 µl |
| Ensayo 2 - Incremento | 1 µl | 5 µl | 5 µl |
| Ensayo 3 - Incremento | 1 µl | 5 µl | 5 µl |
| Ensayo 1 - Volumen de prueba (µl) | 50 | 100 | 200 |
| Ensayo 2 - Volumen de prueba (µl) | 100 | 500 | 500 |
| Ensayo 3 - Volumen de prueba (µl) | 200 | 1000 | 1000 |
| Ensayo 1 - Máximo permisible | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Ensayo 2 - Máximo permisible | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Ensayo 3 - Máximo permisible | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Ensayo 1 - Máximo permisible | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
| Ensayo 2 - Máximo permisible | 0.3 | 1.5 | 1.5 |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Especificación | 7<br>B2-01-012334.7 | 8<br>B2-01-012334.8 | 9<br>B2-01-012334.9 |
|---|---|---|---|
| Ensayo 3 - Máximo permisible | 0.6 | 3 | 3 |
| Ensayo 1 - Máximo permisible | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
| Ensayo 2 - Máximo permisible | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Ensayo 3 - Máximo permisible | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Ensayo 1 - Máximo permisible | 0.4 | 0.1 | 0.2 |
| Ensayo 2 - Máximo permisible | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| Ensayo 3 - Máximo permisible | 0.2 | 1 | 1 |

## Aplicaciones

Use la guía para escoger la pipeta según volumen de trabajo, escala de ajuste y tolerancia visible en la tabla técnica. Seleccione cruzando Volumen, Volumen de prueba (µl); esos son los ejes que diferencian la cotización técnica.

01

## Volumen

Revise este eje con valores como 0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl, 2-20 µl, 5-50 µl, 10-100 µl y 20-200 µl.

02

## Volumen de prueba (µl)

Revise este eje con valores como 0.25, 1.25, 2.5, 1, 5 y 10.

## Como elegir rapido

Priorice el rango de volumen que cubre sus muestras reales y luego valide la precisión/error informado para ese rango. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización