Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Micropipeta Pro

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-012335-0_1-2_5UL
2	B2-01-012335-0_5-10UL
3	B2-01-012335-2-20UL
4	B2-01-012335-5-50UL
5	B2-01-012335-10-100UL
6	B2-01-012335-20-200UL
7	B2-01-012335-50-200UL
8	B2-01-012335-100-1000UL
9	B2-01-012335-200-1000UL
10	B2-01-012335-1000-5000UL
11	B2-01-012335-2-10ML

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La micropipeta es ideal para centros de I+D, laboratorios escolares, empresas de I+D química, síntesis química y otros entornos. Se utiliza a menudo en el laboratorio para pipetear pequeñas cantidades de líquido. Las especificaciones varían y las puntas de pipeta de diferentes especificaciones se adaptan a diferentes tamaños. Características: 1. Las pipetas son autoclavables en su totalidad sin comprometer el rendimiento ni la comodidad. 2. Diseño ligero y ergonómico para garantizar una mejor sensación de uso. 3. Las pipetas cubren un rango de volumen de 0,5 µl a 1 ml. 4. El interior del producto tiene buena hermeticidad, es estable y preciso y no presenta fugas de líquido. 5. Fácil de calibrar y mantener. 6. Pantalla digital, datos fáciles de leer.

Especificaciones técnicas

Especificación	-0_1-2_5UL B2-01-012335-0_1-2_5UL	-0_5-10UL B2-01-012335-0_5-10UL	-10-100UL B2-01-012335-10-100UL	-100-1000UL B2-01-012335-100-1000UL

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	-0_1-2_5UL B2-01-012335-0_1-2_5UL	-0_5-10UL B2-01-012335-0_5-10UL	-10-100UL B2-01-012335-10-100UL	-100-1000UL B2-01-012335-100-1000UL
Modelo	B2-01-012335-0_1-2_5UL	B2-01-012335-0_5-10UL	B2-01-012335-10-100UL	B2-01-012335-100-1000UL
Configuracion	Volumen 0,1-2,5 µl; incremento 0,05 µl	Volumen 0,5-10 µl; incremento 0,1 µl	Volumen 10-100 µl; incremento 1 µl	Volumen 100-1000 µl; incremento 5 µl
Rango de volumen	0,1-2,5 µl	0,5-10 µl	10-100 µl	100-1000 µl
Incremento	0,05 µl	0,1 µl	1 µl	5 µl
Ensayo 1 - Volumen de prueba	0,25	1	10	100
Ensayo 1 - Error sistematico maximo (%)	6	1.0	0.2	0.3
Ensayo 1 - Error sistematico maximo (ul)	6	1.0	0.2	0.3
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo (%)	0.015	0.01	0.02	0.3
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo (ul)	3	1.8	0.9	0.1
Ensayo 2 - Volumen de prueba	1.25	5	50	500
Ensayo 2 - Error sistematico maximo (%)	1.5	0.4	0.2	0.3
Ensayo 2 - Error sistematico maximo (ul)	1.5	0.4	0.2	0.3
Ensayo 2 - Error aleatorio maximo (%)	0.0188	0.02	0.1	1.5
Ensayo 2 - Error aleatorio maximo (ul)	1.8	0.4	0.9	0.1
Ensayo 3 - Volumen de prueba	2.5	10	100	1000
Ensayo 3 - Error sistematico maximo (%)	0.4	0.5	0.3	0.3
Ensayo 3 - Error sistematico maximo (ul)	0.4	0.5	0.3	0.3
Ensayo 3 - Error aleatorio maximo (%)	0.01	0.05	0.3	3
Ensayo 3 - Error aleatorio maximo (ul)	1.2	1.1	0.9	0.1

Especificación	-1000-5000UL B2-01-012335-1000-5000UL	-2-10ML B2-01-012335-2-10ML	-2-20UL B2-01-012335-2-20UL	-20-200UL B2-01-012335-20-200UL
Modelo	B2-01-012335-1000-5000UL	B2-01-012335-2-10ML	B2-01-012335-2-20UL	B2-01-012335-20-200UL
Configuracion	Volumen 1000-5000 µl; incremento 50 µl	Volumen 2-10 ml; incremento 0,1 ml	Volumen 2-20 µl; incremento 0,5 µl	Volumen 20-200 µl; incremento 1 µl
Rango de volumen	1000-5000 µl	2-10 ml	2-20 µl	20-200 µl
Incremento	50 µl	0,1 ml	0,5 µl	1 µl
Ensayo 1 - Volumen de prueba	1000	2000	2	20
Ensayo 1 - Error sistematico maximo (%)	0.3	0.4	0.4	0.5
Ensayo 1 - Error sistematico maximo (ul)	0.3	0.4	0.4	0.5
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo (%)	3	8	0.008	0.1

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	-1000-5000UL B2-01-012335-1000-5000UL	-2-10ML B2-01-012335-2-10ML	-2-20UL B2-01-012335-2-20UL	-20-200UL B2-01-012335-20-200UL
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo (ul)	0.1	0.1	0.4	0.8
Ensayo 2 - Volumen de prueba	2500	5000	10	100
Ensayo 2 - Error sistematico maximo (%)	0.3	0.4	0.4	0.3
Ensayo 2 - Error sistematico maximo (ul)	0.3	0.4	0.4	0.3
Ensayo 2 - Error aleatorio maximo (%)	7.5	20	0.04	0.3
Ensayo 2 - Error aleatorio maximo (ul)	0.1	0.1	0.5	0.2
Ensayo 3 - Volumen de prueba	5000	10000	20	200
Ensayo 3 - Error sistematico maximo (%)	0.3	0.4	0.5	0.3
Ensayo 3 - Error sistematico maximo (ul)	0.3	0.4	0.5	0.3
Ensayo 3 - Error aleatorio maximo (%)	15	40	0.1	0.6
Ensayo 3 - Error aleatorio maximo (ul)	0.1	0.1	0.4	0.1

Especificación	-200-1000UL B2-01-012335-200-1000UL	-5-50UL B2-01-012335-5-50UL	-50-200UL B2-01-012335-50-200UL
Modelo	B2-01-012335-200-1000UL	B2-01-012335-5-50UL	B2-01-012335-50-200UL
Configuracion	Volumen 200-1000 µl; incremento 5 µl	Volumen 5-50 µl; incremento 0,5 µl	Volumen 50-200 µl; incremento 1 µl
Rango de volumen	200-1000 µl	5-50 µl	50-200 µl
Incremento	5 µl	0,5 µl	1 µl
Ensayo 1 - Volumen de prueba	200	5	50
Ensayo 1 - Error sistematico maximo (%)	0.3	2	0.2
Ensayo 1 - Error sistematico maximo (ul)	0.3	2	0.2
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo (%)	0.6	0.1	0.1
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo (ul)	0.1	1.1	0.8
Ensayo 2 - Volumen de prueba	500	25	100
Ensayo 2 - Error sistematico maximo (%)	0.3	1.3	0.3
Ensayo 2 - Error sistematico maximo (ul)	0.3	1.3	0.3
Ensayo 2 - Error aleatorio maximo (%)	1.5	0.325	0.3
Ensayo 2 - Error aleatorio maximo (ul)	0.1	0.7	0.2
Ensayo 3 - Volumen de prueba	1000	50	200

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	-200-1000UL B2-01-012335-200-1000UL	-5-50UL B2-01-012335-5-50UL	-50-200UL B2-01-012335-50-200UL
Ensayo 3 - Error sistematico maximo (%)	0.3	0.6	0.3
Ensayo 3 - Error sistematico maximo (ul)	0.3	0.6	0.3
Ensayo 3 - Error aleatorio maximo (%)	3	0.3	0.6
Ensayo 3 - Error aleatorio maximo (ul)	0.1	1.5	0.1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización