Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Pipetas mecanicas autoclavables 0,1 ul-10 ml

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-012338.F-5UL
2	B2-01-012338.F-10UL
3	B2-01-012338.F-20UL
4	B2-01-012338.F-25UL
5	B2-01-012338.F-50UL
6	B2-01-012338.F-100UL
7	B2-01-012338.F-200UL
8	B2-01-012338.F-250UL
9	B2-01-012338.F-500UL
10	B2-01-012338.F-1000UL
11	B2-01-012338.F-2000UL
12	B2-01-012338.F-5000UL
13	B2-01-012338.A-0.1-2.5UL
14	B2-01-012338.A-0.5-10UL
15	B2-01-012338.A-2-20UL
16	B2-01-012338.A-5-50UL
17	B2-01-012338.A-10-100UL
18	B2-01-012338.A-20-200UL
19	B2-01-012338.A-50-200UL
20	B2-01-012338.A-100-1000UL
21	B2-01-012338.A-200-1000UL

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Referencia	Código
22	B2-01-012338.A-0.5-5ML
23	B2-01-012338.A-1-10ML

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Las pipetas mecanicas autoclavables son pipetas manuales disenadas con precision para mediciones de liquidos precisas y consistentes en aplicaciones de laboratorio.

- Diseño ligero, ergonómico y de baja fuerza.
- La pantalla digital lee claramente el ajuste del volumen.
- Las pipetas cubren un rango de volumen de 0,1 µl a 10 ml.
- Fácil de calibrar y mantener.
- La parte inferior es esterilizable en autoclave.
- El diseño ayuda a evitar lesiones por esfuerzo repetitivo.

Especificaciones técnicas

Especificación	Autoclavable ajustable 0,1-2,5 uL B2-01-012338.A-0.1-2.5UL	Autoclavable ajustable 0,5-10 uL B2-01-012338.A-0.5-10UL	Autoclavable ajustable 0,5-5 ml B2-01-012338.A-0.5-5ML	Autoclavable ajustable 1-10 ml B2-01-012338.A-1-10ML
Modelo	B2-01-012338.A-0.1-2.5UL	B2-01-012338.A-0.5-10UL	B2-01-012338.A-0.5-5ML	B2-01-012338.A-1-10ML
Configuracion	Ajustable 0,1-2,5 µl	Ajustable 0,5-10 µl	Ajustable 0,5-5 ml	Ajustable 1-10 ml
Rango de volumen	0,1-2,5 µl	0,5-10 µl	0,5-5 ml	1-10 ml
Incremento	0,05 µl	0,1 µl	5 µl	0,1 ml
Ensayo 1 - Volumen de prueba	2,5 µl	10 µl	5000 µl	10 ml
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (%)	2,50%	1.00%	0,50%	0,60%
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (ul)	0,0625 µl	0,1 µl	25 µl	60 µl
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (%)	2.00%	0,80%	0,15%	0,20%
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	0,05 µl	0,08 µl	7,5 µl	20 µl
Ensayo 2 - Volumen de prueba	1,25 µl	5 µl	2500 µl	5 ml
Ensayo 2 - Error sistematico maximo permitido (%)	3.00%	1,50%	0,60%	1,20%
Ensayo 2 - Error sistematico maximo permitido (ul)	0,0375 µl	0,075 µl	15 µl	60 µl
Ensayo 2 - Error aleatorio maximo permitido (%)	3.00%	1,50%	0,30%	0,30%
Ensayo 2 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	0,0375 µl	0,075 µl	7,5 µl	15 µl
Ensayo 3 - Volumen de prueba	0,25 µl	1 µl	1000 µl	2 ml

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Autoclavable ajustable 0,1-2,5 uL B2-01-012338.A-0.1-2.5UL	Autoclavable ajustable 0,5-10 uL B2-01-012338.A-0.5-10UL	Autoclavable ajustable 0,5-5 ml B2-01-012338.A-0.5-5ML	Autoclavable ajustable 1-10 ml B2-01-012338.A-1-10ML
Ensayo 3 - Error sistematico maximo permitido (%)	12,00%	2,50%	0,70%	3.00%
Ensayo 3 - Error sistematico maximo permitido (ul)	0,03 µl	0,025 µl	7 µl	60 µl
Ensayo 3 - Error aleatorio maximo permitido (%)	6.00%	1,50%	0,30%	0,60%
Ensayo 3 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	0,015 µl	0,015 µl	3 µl	12 µl

Especificación	Autoclavable ajustable 10-100 uL B2-01-012338.A-10-100UL	Autoclavable ajustable 100-1000 uL B2-01-012338.A-100-1000UL	Autoclavable ajustable 2-20 uL B2-01-012338.A-2-20UL	Autoclavable ajustable 20-200 uL B2-01-012338.A-20-200UL
Modelo	B2-01-012338.A-10-100UL	B2-01-012338.A-100-1000UL	B2-01-012338.A-2-20UL	B2-01-012338.A-20-200UL
Configuracion	Ajustable 10-100 µl	Ajustable 100-1000 µl	Ajustable 2-20 µl	Ajustable 20-200 µl
Rango de volumen	10-100 µl	100-1000 µl	2-20 µl	20-200 µl
Incremento	1 µl	5 µl	0,5 µl	1 µl
Ensayo 1 - Volumen de prueba	100 µl	1000 µl	20 µl	200 µl
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (%)	0,80%	0,60%	0,90%	0,60%
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (ul)	0,8 µl	6 µl	0,18 µl	1,2 µl
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (%)	0,15%	0,20%	0,40%	0,15%
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	0,15 µl	2 µl	0,08 µl	0,3 µl
Ensayo 2 - Volumen de prueba	50 µl	500 µl	10 µl	100 µl
Ensayo 2 - Error sistematico maximo permitido (%)	1.00%	0,70%	1,20%	0,80%
Ensayo 2 - Error sistematico maximo permitido (ul)	0,5 µl	3,5 µl	0,12 µl	0,8 µl
Ensayo 2 - Error aleatorio maximo permitido (%)	0,40%	0,25%	1.00%	0,30%
Ensayo 2 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	0,2 µl	1,25 µl	0,1 µl	0,3 µl
Ensayo 3 - Volumen de prueba	10 µl	100 µl	2 µl	20 µl
Ensayo 3 - Error sistematico maximo permitido (%)	3.00%	2.00%	3.00%	3.00%
Ensayo 3 - Error sistematico maximo permitido (ul)	0,3 µl	2 µl	0,06 µl	0,6 µl
Ensayo 3 - Error aleatorio maximo permitido (%)	1,50%	0,70%	2.00%	1.00%

Especificación	Autoclavable ajustable 10-100 uL B2-01-012338.A-10-100UL	Autoclavable ajustable 100-1000 uL B2-01-012338.A-100-1000UL	Autoclavable ajustable 2-20 uL B2-01-012338.A-2-20UL	Autoclavable ajustable 20-200 uL B2-01-012338.A-20-200UL
Ensayo 3 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	0,15 µl	0,7 µl	0,04 µl	0,2 µl

Especificación	Autoclavable ajustable 200-1000 uL B2-01-012338.A-200-1000UL	Autoclavable ajustable 5-50 uL B2-01-012338.A-5-50UL	Autoclavable ajustable 50-200 uL B2-01-012338.A-50-200UL	Autoclavable fijo 10 uL B2-01-012338.F-10UL
Modelo	B2-01-012338.A-200-1000UL	B2-01-012338.A-5-50UL	B2-01-012338.A-50-200UL	B2-01-012338.F-10UL
Configuracion	Ajustable 200-1000 µl	Ajustable 5-50 µl	Ajustable 50-200 µl	Fijo 10 µl
Rango de volumen	200-1000 µl	5-50 µl	50-200 µl	10 µl
Incremento	5 µl	0,5 µl	1 µl	—
Ensayo 1 - Volumen de prueba	1000 µl	50 µl	200 µl	10 µl
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (%)	0,60%	0,60%	0,60%	0,8%
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (ul)	6 µl	0,3 µl	1,2 µl	0,08 µl
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (%)	0,20%	0,30%	0,15%	0,8%
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	2 µl	0,15 µl	0,3 µl	0,08 µl
Ensayo 2 - Volumen de prueba	500 µl	25 µl	100 µl	—
Ensayo 2 - Error sistematico maximo permitido (%)	0,70%	0,90%	0,80%	—
Ensayo 2 - Error sistematico maximo permitido (ul)	3,5 µl	0,225 µl	0,8 µl	—
Ensayo 2 - Error aleatorio maximo permitido (%)	0,25%	0,60%	0,30%	—
Ensayo 2 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	1,25 µl	0,15 µl	0,3 µl	—
Ensayo 3 - Volumen de prueba	200 µl	5 µl	50 µl	—
Ensayo 3 - Error sistematico maximo permitido (%)	0,90%	2.00%	1.00%	—
Ensayo 3 - Error sistematico maximo permitido (ul)	1,8 µl	0,1 µl	0,5 µl	—
Ensayo 3 - Error aleatorio maximo permitido (%)	0,30%	2.00%	0,40%	—
Ensayo 3 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	0,6 µl	0,1 µl	0,2 µl	—

Especificación	Autoclavable fijo 100 uL B2-01-012338.F-100UL	Autoclavable fijo 1000 uL B2-01-012338.F-1000UL	Autoclavable fijo 20 uL B2-01-012338.F-20UL	Autoclavable fijo 200 uL B2-01-012338.F-200UL
Modelo	B2-01-012338.F-100UL	B2-01-012338.F-1000UL	B2-01-012338.F-20UL	B2-01-012338.F-200UL
Configuracion	Fijo 100 µl	Fijo 1000 µl	Fijo 20 µl	Fijo 200 µl
Rango de volumen	100 µl	1000 µl	20 µl	200 µl
Ensayo 1 - Volumen de prueba	100 µl	1000 µl	20 µl	200 µl

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Autoclavable fijo 100 uL B2-01-012338.F-100UL	Autoclavable fijo 1000 uL B2-01-012338.F-1000UL	Autoclavable fijo 20 uL B2-01-012338.F-20UL	Autoclavable fijo 200 uL B2-01-012338.F-200UL
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (%)	0,5%	0,3%	0,6%	0,4%
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (ul)	0,5 µl	3,0 µl	0,12 µl	0,8 µl
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (%)	0,3%	0,2%	0,5%	0,2%
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	0,3 µl	2,0 µl	0,1 µl	0,4 µl

Especificación	Autoclavable fijo 2000 uL B2-01-012338.F-2000UL	Autoclavable fijo 25 uL B2-01-012338.F-25UL	Autoclavable fijo 250 uL B2-01-012338.F-250UL	Autoclavable fijo 5 uL B2-01-012338.F-5UL
Modelo	B2-01-012338.F-2000UL	B2-01-012338.F-25UL	B2-01-012338.F-250UL	B2-01-012338.F-5UL
Configuracion	Fijo 2000 µl	Fijo 25 µl	Fijo 250 µl	Fijo 5 µl
Rango de volumen	2000 µl	25 µl	250 µl	5 µl
Ensayo 1 - Volumen de prueba	2000 µl	25 µl	250 µl	5 µl
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (%)	0,3%	0,5%	0,4%	1,3%
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (ul)	6,0 µl	0,125 µl	1,0 µl	0,065 µl
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (%)	0,15%	0,3%	0,2%	1,2%
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	3,0 µl	0,075 µl	0,5 µl	0,06 µl

Especificación	Autoclavable fijo 50 uL B2-01-012338.F-50UL	Autoclavable fijo 500 uL B2-01-012338.F-500UL	Autoclavable fijo 5000 uL B2-01-012338.F-5000UL
Modelo	B2-01-012338.F-50UL	B2-01-012338.F-500UL	B2-01-012338.F-5000UL
Configuracion	Fijo 50 µl	Fijo 500 µl	Fijo 5000 µl
Rango de volumen	50 µl	500 µl	5000 µl
Ensayo 1 - Volumen de prueba	50 µl	500 µl	5000 µl
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (%)	0,5%	0,3%	0,3%
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (ul)	0,25 µl	1,5 µl	15 µl
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (%)	0,3%	0,2%	0,15%
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	0,15 µl	1,0 µl	7,5 µl

Aplicaciones

Elija la variante por tipo de volumen, rango de volumen, incremento y tolerancias permitidas. Esta familia cubre pipetas de volumen fijo y ajustable.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Como elegir rapido

Use **volumen fijo** cuando el metodo repite siempre una misma capacidad; use **volumen ajustable** cuando necesita cubrir un rango de microlitros con incrementos definidos.

Compare el **rango de volumen**, el **incremento**, el **volumen de prueba** y los valores de **error sistematico/aleatorio maximo permitido** antes de cotizar la variante.

Cuando solicitar revision tecnica

Solicite revision si el metodo exige tolerancias mas estrictas que las indicadas para el volumen de prueba o si necesita compatibilidad especifica con puntas, calibracion o rutina de esterilizacion.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización