Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Pipeta multicanal

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-012356.1
2	B2-01-012356.2
3	B2-01-012356.3
4	B2-01-012356.4
5	B2-01-012356.5
6	B2-01-012356.6
7	B2-01-012356.7
8	B2-01-012356.8
9	B2-01-012356.9

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

La pipeta multicanal es una herramienta de laboratorio de precisión diseñada para optimizar la manipulación de líquidos al dispensar volúmenes iguales en múltiples canales simultáneamente. Ideal para aplicaciones de alto rendimiento en biología molecular, cultivos celulares, ensayos ELISA y análisis farmacéuticos, esta pipeta garantiza precisión, reproducibilidad y comodidad ergonómica.

Especificaciones técnicas

Especificación	**pack 50 piezas/caja · 12 canales | 10-100 µl B2-01-012356.1**	**pack 50 piezas/caja · 12 canales | 50-300 µl B2-01-012356.2**	**pack 50 piezas/caja · 12 canales | 5-50 µl B2-01-012356.3**	**pack 50 piezas/caja · 8 canales | 0.5-10 µl B2-01-012356.4**
Modelo	B2-01-012356.1	B2-01-012356.2	B2-01-012356.3	B2-01-012356.4
Configuracion	12 canales - 10 - 100 µl	12 canales - 30 - 300 µl	12 canales - 5 - 50 µl	8 canales - 0,5 - 10 µl
Canal	12	12	12	8
Rango de volumen	10 - 100 µl	30 - 300 µl	5 - 50 µl	0,5 - 10 µl
Incremento	1 µl	5 µl	0,5 µl	0,1 µl

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 50 piezas/caja · 12 canales | 10-100 µl B2-01-012356.1	pack 50 piezas/caja · 12 canales | 50-300 µl B2-01-012356.2	pack 50 piezas/caja · 12 canales | 5-50 µl B2-01-012356.3	pack 50 piezas/caja · 8 canales | 0.5-10 µl B2-01-012356.4
Volumen de prueba	100, 50, 10	300, 150, 30	50, 25, 5	10, 5, 1
Precisión	0,40%, 0,15%, 1,50%	0,25%, 0,50%, 0,80%	0,15%, 0,40%, 1,50%	1,50%, 2,50%, 4,00%
Paquete	50 piezas/caja	50 piezas/caja	50 piezas/caja	50 piezas/caja
Peso bruto (kg)	17	18	17	15
Tamaño del paquete (mm)	560*360*280	560*360*280	5603*60*280	560*360*280

Especificación	pack 50 piezas/caja · 8 canales | 10-100 µl B2-01-012356.5	pack 50 piezas/caja · 8 canales | 2-20 µl B2-01-012356.6	pack 50 piezas/caja · 8 canales | 20-200 µl B2-01-012356.7	pack 50 piezas/caja · 8 canales | 50-300 µl B2-01-012356.8
Modelo	B2-01-012356.5	B2-01-012356.6	B2-01-012356.7	B2-01-012356.8
Configuracion	8 canales - 10 - 100 µl	8 canales - 2 - 20 µl	8 canales - 20 - 200 µl	8 canales - 30 - 300 µl
Canal	8	8	8	8
Rango de volumen	10 - 100 µl	2 - 20 µl	20 - 200 µl	30 - 300 µl
Incremento	1 µl	0,5 µl	1 µl	5 µl
Volumen de prueba	100, 50, 10	20, 10, 2	200 100 20	300, 150, 30
Precisión	0,40%, 0,15%, 1,50%	0,40%, 1,00%, 2,00%	0,15% 0,30% 1.00%	0,25%, 0,50%, 0,80%
Paquete	50 piezas/caja	50 piezas/caja	50 piezas/caja	50 piezas/caja
Peso bruto (kg)	16	16	16	16
Tamaño del paquete (mm)	560*360*280	560*360*280	560*360*280	560*360*280

Especificación	pack 50 piezas/caja · 8 canales | 5-50 µl B2-01-012356.9
Modelo	B2-01-012356.9
Configuracion	8 canales - 5 - 50 µl
Canal	8
Rango de volumen	5 - 50 µl
Incremento	0,5 µl
Volumen de prueba	50, 25, 5
Precisión	0,15%, 0,40%, 1,50%
Paquete	50 piezas/caja
Peso bruto (kg)	16
Tamaño del paquete (mm)	560*360*280

Aplicaciones

Use la guía para escoger la pipeta según volumen de trabajo, escala de ajuste y tolerancia visible en la tabla técnica. Seleccione cruzando Canal, Rango de volumen, Volumen de prueba, Precisión; esos son los ejes que diferencian la cotización técnica.

01

Canal

Revise este eje con valores como 8 y 12.

02

Rango de volumen

Revise este eje con valores como 0,5 - 10 µl, 2 - 20 µl, 5 - 50 µl, 10 - 100 µl, 20 - 200 µl y 30 - 300 µl.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

03

Volumen de prueba

Revise este eje con valores como 10, 5, 1, 20, 10, 2, 50, 25, 5, 100, 50, 10, 200 100 20 y 300, 150, 30.

04

Precisión

Revise este eje con valores como 1,50%, 2,50%, 4,00%, 0,40%, 1,00%, 2,00%, 0,15%, 0,40%, 1,50%, 0,40%, 0,15%, 1,50%, 0,15% 0,30% 1.00% y 0,25%, 0,50%, 0,80%.

Como elegir rapido

Priorice el rango de volumen que cubre sus muestras reales y luego valide la precisión/error informado para ese rango. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización