



Mezclador de vortice multitubo 500-2500 rpm

Código: B2-01-012360

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El mezclador vórtex multitubo es un dispositivo de laboratorio de alta eficiencia diseñado para la mezcla simultánea de múltiples tubos de ensayo. Este mezclador optimiza el flujo de trabajo al admitir varios tubos a la vez, lo que lo hace ideal para el procesamiento de muestras de alto rendimiento.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	500~2500rpm - ± 1 rpm - 4mm
Speed Range	500~2500rpm
Speed Regulation Accuracy	± 1 rpm
Amplitude	4mm
Time Setting Range	1s~99h59min
Pulse Interval Timing Range	1s~99s
Pulse Operation Timing Range	1s~99min59s
Consumption	120W
Power Supply	AC100~240V, 50/60Hz
Standard Accessory	I, II, III, IV
External Size(L*W*H)	438*301*429mm
Package Size(W*D*H)	530*380*510mm
Gross Weight	27kg
Model	Pore Diameter
II	96-Well Virus Sampling Tube Rack
III	Replaceable Tray Pad
IV	$\Phi 25 \sim \Phi 29$ mm

Aplicaciones

Mezclador de vórtice multitubo para mezclar varios tubos de ensayo al mismo tiempo, orientado a flujos de trabajo donde se procesan múltiples muestras en paralelo.

Conviene cuando se necesita ajustar velocidad entre 500 y 2500 rpm, mantener regulación fina de velocidad con precisión de ± 1 rpm y



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

trabajar con amplitud de 4 mm.

La temporización desde 1 segundo hasta 99 h 59 min y los rangos de operación por pulsos permiten adaptar el ciclo de mezcla cuando el procedimiento requiere tiempos definidos o intervalos.

Usos recomendados

Conviene cuando se necesita ajustar velocidad entre 500 y 2500 rpm, mantener regulación fina de velocidad con precisión de ± 1 rpm y trabajar con amplitud de 4 mm.

Criterios de compatibilidad

La temporización desde 1 segundo hasta 99 h 59 min y los rangos de operación por pulsos permiten adaptar el ciclo de mezcla cuando el procedimiento requiere tiempos definidos o intervalos.

Como validar si sirve

La temporización desde 1 segundo hasta 99 h 59 min y los rangos de operación por pulsos permiten adaptar el ciclo de mezcla cuando el procedimiento requiere tiempos definidos o intervalos.

Recomendación de compra

La temporización desde 1 segundo hasta 99 h 59 min y los rangos de operación por pulsos permiten adaptar el ciclo de mezcla cuando el procedimiento requiere tiempos definidos o intervalos.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)