Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



# Centro de inclusion de tejidos RT~80 °C

**Código:** B2-01-012497

**Marca:** Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

## Detalle

El centro de inclusión de tejidos es una estación de inclusión en parafina para laboratorios de histología y anatomía patológica. Integra un área de trabajo calefaccionada, un depósito de parafina y una placa de enfriamiento en una sola unidad compacta, con automatización y construcción de acero inoxidable.

## Características

- 1. Pantalla táctil de alta definición de 7 pulgadas.
- 2. Control de programa completamente automático con encendido programado en cualquier día dentro de una semana.
- 3. Control de temperatura mediante un controlador con microprocesador de un solo chip para configurar los parámetros.
- 4. Elemento calefactor para el calentamiento y la distribución uniforme de temperatura.

## Especificaciones técnicas

| **Especificación** | **0~24h - 445*125*115mm<br>B2-01-012497** |
|---|---|
| Rango de temperatura de calentamiento | RT~80℃ |
| Precisión de temperatura de control | ±3℃ |
| Rango de temporización | 0~24h |
| Dimensiones de la cámara de parafina | 445*125*115mm |
| Dimensiones de los compartimentos de almacenamiento térmico | 205*153*57mm, dos unidades |
| Dimensiones del área de trabajo | 500*70mm |
| Dimensiones de la mesa de preenfriamiento | 60*70mm |
| Potencia | ≤1100W |
| Alimentación eléctrica | AC220V,50/60Hz(Estándar); AC110V, 60Hz(Opcional, transformador externo) |
| Dimensiones externas (An*Pr*Al) | 525*590*450mm |
| Peso neto | 38kg |
| Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al) | 650*700*660mm |
| Peso bruto | 46kg |

## Aplicaciones

1. Revise la temperatura y la programación

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Compare el rango y la precisión de control de temperatura con las condiciones requeridas para la inclusión de tejidos.

- **Rango de temperatura de calentamiento**: RT~80℃
- **Precisión de temperatura de control**: ±3℃

Confirme que el intervalo de temporización cubra la duración prevista de trabajo.

- **Rango de temporización**: 0~24h

## 2. Revise las dimensiones de trabajo

Compare las dimensiones de la cámara de parafina, del área de trabajo y de la mesa de preenfriamiento con los elementos que utiliza.

- **Dimensiones de la cámara de parafina**: 445*125*115mm
- **Dimensiones del área de trabajo**: 500*70mm
- **Dimensiones de la mesa de preenfriamiento**: 60*70mm

## 3. Prevea la instalación

Revise la alimentación eléctrica y la potencia requerida, y confirme el espacio disponible para el equipo.

- **Potencia**: ≤1100W
- **Alimentación eléctrica**: AC220V,50/60Hz(Estándar); AC110V, 60Hz(Opcional, transformador externo)
- **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 525*590*450mm

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización