Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Pipetas mecanicas 0,1 ul-10 ml

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	B2-01-012498.F-5UL
2	B2-01-012498.F-10UL
3	B2-01-012498.F-20UL
4	B2-01-012498.F-25UL
5	B2-01-012498.F-50UL
6	B2-01-012498.F-100UL
7	B2-01-012498.F-200UL
8	B2-01-012498.F-250UL
9	B2-01-012498.F-500UL
10	B2-01-012498.F-1000UL
11	B2-01-012498.F-2000UL
12	B2-01-012498.F-5000UL
13	B2-01-012498.A-0.1-2.5UL
14	B2-01-012498.A-0.5-10UL
15	B2-01-012498.A-2-20UL
16	B2-01-012498.A-5-50UL
17	B2-01-012498.A-10-100UL
18	B2-01-012498.A-20-200UL
19	B2-01-012498.A-50-200UL
20	B2-01-012498.A-100-1000UL
21	B2-01-012498.A-200-1000UL

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Referencia	Código
22	B2-01-012498.A-0.5-5ML
23	B2-01-012498.A-1-10ML

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Las pipetas mecanicas son pipetas manuales disenadas con precision para mediciones de liquidos precisas y consistentes en aplicaciones de laboratorio.

- Diseño ligero, ergonómico y de baja fuerza.
- La pantalla digital lee claramente la configuración del volumen.
- Las pipetas cubren un rango de volumen de 0,1 µl a 10 ml.
- Fácil de calibrar y mantener.
- La parte inferior es esterilizable en autoclave.
- El diseño ayuda a evitar lesiones por esfuerzo repetitivo.

Especificaciones técnicas

Especificación	Estandar ajustable 0,1-2,5 uL B2-01-012498.A-0.1-2.5UL	Estandar ajustable 0,5-10 uL B2-01-012498.A-0.5-10UL	Estandar ajustable 0,5-5 ml B2-01-012498.A-0.5-5ML	Estandar ajustable 1-10 ml B2-01-012498.A-1-10ML
Modelo	B2-01-012498.A-0.1-2.5UL	B2-01-012498.A-0.5-10UL	B2-01-012498.A-0.5-5ML	B2-01-012498.A-1-10ML
Configuracion	Ajustable 0,1-2,5 µl	Ajustable 0,5-10 µl	Ajustable 0,5-5 ml	Ajustable 1-10 ml
Rango de volumen	0,1-2,5 µl	0,5-10 µl	0,5-5 ml	1-10 ml
Incremento	0,05 µl	0,1 µl	5 µl	0,1 ml
Ensayo 1 - Volumen de prueba	2,5 µl	10 µl	5000 µl	10 ml
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (%)	2,50%	1.00%	0,50%	0,60%
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (ul)	0,0625 µl	0,1 µl	25 µl	60 µl
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (%)	2.00%	0,80%	0,15%	0,20%
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	0,05 µl	0,08 µl	7,5 µl	20 µl
Ensayo 2 - Volumen de prueba	1,25 µl	5 µl	2500 µl	5 ml
Ensayo 2 - Error sistematico maximo permitido (%)	3.00%	1,50%	0,60%	1,20%
Ensayo 2 - Error sistematico maximo permitido (ul)	0,0375 µl	0,075 µl	15 µl	60 µl
Ensayo 2 - Error aleatorio maximo permitido (%)	3.00%	1,50%	0,30%	0,30%
Ensayo 2 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	0,0375 µl	0,075 µl	7,5 µl	15 µl
Ensayo 3 - Volumen de prueba	0,25 µl	1 µl	1000 µl	2 ml

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Estandar ajustable 0,1-2,5 uL B2-01-012498.A-0.1-2.5UL	Estandar ajustable 0,5-10 uL B2-01-012498.A-0.5-10UL	Estandar ajustable 0,5-5 ml B2-01-012498.A-0.5-5ML	Estandar ajustable 1-10 ml B2-01-012498.A-1-10ML
Ensayo 3 - Error sistematico maximo permitido (%)	12.00%	2,50%	0,70%	3.00%
Ensayo 3 - Error sistematico maximo permitido (ul)	0,03 µl	0,025 µl	7 µl	60 µl
Ensayo 3 - Error aleatorio maximo permitido (%)	6.00%	1,50%	0,30%	0,60%
Ensayo 3 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	0,015 µl	0,015 µl	3 µl	12 µl

Especificación	Estandar ajustable 10-100 uL B2-01-012498.A-10-100UL	Estandar ajustable 100-1000 uL B2-01-012498.A-100-1000UL	Estandar ajustable 2-20 uL B2-01-012498.A-2-20UL	Estandar ajustable 20-200 uL B2-01-012498.A-20-200UL
Modelo	B2-01-012498.A-10-100UL	B2-01-012498.A-100-1000UL	B2-01-012498.A-2-20UL	B2-01-012498.A-20-200UL
Configuracion	Ajustable 10-100 µl	Ajustable 100-1000 µl	Ajustable 2-20 µl	Ajustable 20-200 µl
Rango de volumen	10-100 µl	100-1000 µl	2-20 µl	20-200 µl
Incremento	1 µl	5 µl	0,5 µl	1 µl
Ensayo 1 - Volumen de prueba	100 µl	1000 µl	20 µl	200 µl
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (%)	0,80%	0,60%	0,90%	0,60%
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (ul)	0,8 µl	6 µl	0,18 µl	1,2 µl
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (%)	0,15%	0,20%	0,40%	0,15%
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	0,15 µl	2 µl	0,08 µl	0,3 µl
Ensayo 2 - Volumen de prueba	50 µl	500 µl	10 µl	100 µl
Ensayo 2 - Error sistematico maximo permitido (%)	1.00%	0,70%	1,20%	0,80%
Ensayo 2 - Error sistematico maximo permitido (ul)	0,5 µl	3,5 µl	0,12 µl	0,8 µl
Ensayo 2 - Error aleatorio maximo permitido (%)	0,40%	0,25%	1.00%	0,30%
Ensayo 2 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	0,2 µl	1,25 µl	0,1 µl	0,3 µl
Ensayo 3 - Volumen de prueba	10 µl	100 µl	2 µl	20 µl
Ensayo 3 - Error sistematico maximo permitido (%)	3.00%	2.00%	3.00%	3.00%
Ensayo 3 - Error sistematico maximo permitido (ul)	0,3 µl	2 µl	0,06 µl	0,6 µl
Ensayo 3 - Error aleatorio maximo permitido (%)	1,50%	0,70%	2.00%	1.00%
Ensayo 3 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	0,15 µl	0,7 µl	0,04 µl	0,2 µl

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Estandar ajustable 200-1000 uL B2-01-012498.A-200-1000UL	Estandar ajustable 5-50 uL B2-01-012498.A-5-50UL	Estandar ajustable 50-200 uL B2-01-012498.A-50-200UL	Estandar fijo 10 uL B2-01-012498.F-10UL
Modelo	B2-01-012498.A-200-1000UL	B2-01-012498.A-5-50UL	B2-01-012498.A-50-200UL	B2-01-012498.F-10UL
Configuracion	Ajustable 200-1000 µl	Ajustable 5-50 µl	Ajustable 50-200 µl	Fijo 10 µl
Rango de volumen	200-1000 µl	5-50 µl	50-200 µl	10 µl
Incremento	5 µl	0,5 µl	1 µl	—
Ensayo 1 - Volumen de prueba	1000 µl	50 µl	200 µl	10 µl
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (%)	0,60%	0,60%	0,60%	0,8%
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (ul)	6 µl	0,3 µl	1,2 µl	0,08 µl
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (%)	0,20%	0,30%	0,15%	0,8%
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	2 µl	0,15 µl	0,3 µl	0,08 µl
Ensayo 2 - Volumen de prueba	500 µl	25 µl	100 µl	—
Ensayo 2 - Error sistematico maximo permitido (%)	0,70%	0,90%	0,80%	—
Ensayo 2 - Error sistematico maximo permitido (ul)	3,5 µl	0,225 µl	0,8 µl	—
Ensayo 2 - Error aleatorio maximo permitido (%)	0,25%	0,60%	0,30%	—
Ensayo 2 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	1,25 µl	0,15 µl	0,3 µl	—
Ensayo 3 - Volumen de prueba	200 µl	5 µl	50 µl	—
Ensayo 3 - Error sistematico maximo permitido (%)	0,90%	2.00%	1.00%	—
Ensayo 3 - Error sistematico maximo permitido (ul)	1,8 µl	0,1 µl	0,5 µl	—
Ensayo 3 - Error aleatorio maximo permitido (%)	0,30%	2.00%	0,40%	—
Ensayo 3 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	0,6 µl	0,1 µl	0,2 µl	—

Especificación	Estandar fijo 100 uL B2-01-012498.F-100UL	Estandar fijo 1000 uL B2-01-012498.F-1000UL	Estandar fijo 20 uL B2-01-012498.F-20UL	Estandar fijo 200 uL B2-01-012498.F-200UL
Modelo	B2-01-012498.F-100UL	B2-01-012498.F-1000UL	B2-01-012498.F-20UL	B2-01-012498.F-200UL
Configuracion	Fijo 100 µl	Fijo 1000 µl	Fijo 20 µl	Fijo 200 µl
Rango de volumen	100 µl	1000 µl	20 µl	200 µl
Ensayo 1 - Volumen de prueba	100 µl	1000 µl	20 µl	200 µl
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (%)	0,5%	0,3%	0,6%	0,4%
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (ul)	0,5 µl	3,0 µl	0,12 µl	0,8 µl

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Estandar fijo 100 uL B2-01-012498.F-100UL	Estandar fijo 1000 uL B2-01-012498.F-1000UL	Estandar fijo 20 uL B2-01-012498.F-20UL	Estandar fijo 200 uL B2-01-012498.F-200UL
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (%)	0,3%	0,2%	0,5%	0,2%
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	0,3 µl	2,0 µl	0,1 µl	0,4 µl

Especificación	Estandar fijo 2000 uL B2-01-012498.F-2000UL	Estandar fijo 25 uL B2-01-012498.F-25UL	Estandar fijo 250 uL B2-01-012498.F-250UL	Estandar fijo 5 uL B2-01-012498.F-5UL
Modelo	B2-01-012498.F-2000UL	B2-01-012498.F-25UL	B2-01-012498.F-250UL	B2-01-012498.F-5UL
Configuracion	Fijo 2000 µl	Fijo 25 µl	Fijo 250 µl	Fijo 5 µl
Rango de volumen	2000 µl	25 µl	250 µl	5 µl
Ensayo 1 - Volumen de prueba	2000 µl	25 µl	250 µl	5 µl
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (%)	0,3%	0,5%	0,4%	1,3%
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (ul)	6,0 µl	0,125 µl	1,0 µl	0,065 µl
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (%)	0,15%	0,3%	0,2%	1,2%
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	3,0 µl	0,075 µl	0,5 µl	0,06 µl

Especificación	Estandar fijo 50 uL B2-01-012498.F-50UL	Estandar fijo 500 uL B2-01-012498.F-500UL	Estandar fijo 5000 uL B2-01-012498.F-5000UL
Modelo	B2-01-012498.F-50UL	B2-01-012498.F-500UL	B2-01-012498.F-5000UL
Configuracion	Fijo 50 µl	Fijo 500 µl	Fijo 5000 µl
Rango de volumen	50 µl	500 µl	5000 µl
Ensayo 1 - Volumen de prueba	50 µl	500 µl	5000 µl
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (%)	0,5%	0,3%	0,3%
Ensayo 1 - Error sistematico maximo permitido (ul)	0,25 µl	1,5 µl	15 µl
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (%)	0,3%	0,2%	0,15%
Ensayo 1 - Error aleatorio maximo permitido (ul)	0,15 µl	1,0 µl	7,5 µl

Aplicaciones

Elija la variante por tipo de volumen, rango de volumen, incremento y tolerancias permitidas. Esta familia cubre pipetas de volumen fijo y ajustable.

Como elegir rapido

Use **volumen fijo** cuando el metodo repite siempre una misma capacidad; use **volumen ajustable** cuando necesita cubrir un rango de microlitros con incrementos definidos.

Compare el **rango de volumen**, el **incremento**, el **volumen de prueba** y los valores de **error sistematico/aleatorio maximo permitido** antes de cotizar la variante.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Cuando solicitar revision tecnica

Solicite revision si el metodo exige tolerancias mas estrictas que las indicadas para el volumen de prueba o si necesita compatibilidad especifica con puntas, calibracion o rutina de esterilizacion.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización