



## Cama de hospital de doble manivela

**Código:** B2-01-012509

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

La cama de hospital es una cama con funciones específicas diseñadas para el entorno médico particular y las necesidades de salud de los pacientes. Su diseño busca mejorar la comodidad del paciente, facilitar el trabajo del personal médico y cubrir funciones específicas de posicionamiento en el entorno clínico.

## Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

| Especificación       | MF207S - 2120*970*500mm(±10mm) - 0~70°(±5°) |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Model                | MF207S                                      |
| External Size(W*D*H) | 2120*970*500mm(±10mm)                       |
| Back Adjustable      | 0~70°(±5°)                                  |
| Leg Adjustable       | 0~35°(±5°)                                  |
| Packing Size(W*D*H)  | 2050*1000*460mm                             |
| Gross Weight         | 80kg                                        |

## Aplicaciones

Cama hospitalaria de doble manivela para entornos médicos donde se requiere ajuste manual de respaldo y piernas. Es pertinente cuando la compra busca una cama básica con funciones específicas para comodidad del paciente y apoyo al trabajo del personal médico.

El respaldo se ajusta de 0 a 70° y la sección de piernas de 0 a 35°, ambos con tolerancia de  $\pm 5^\circ$ . Las dimensiones externas son 2120 x 970 x 500 mm, por lo que deben revisarse contra el espacio disponible y el estándar de la sala.

La selección debe centrarse en el tipo de ajuste requerido, el ancho disponible y la compatibilidad con la operación clínica prevista.

## Usos recomendados

El respaldo se ajusta de 0 a 70° y la sección de piernas de 0 a 35°, ambos con tolerancia de  $\pm 5^\circ$ . Las dimensiones externas son 2120 x 970 x 500 mm, por lo que deben revisarse contra el espacio disponible y el estándar de la sala.

## Criterios de compatibilidad



Importadora Gyb Limitada  
Padre orellana 1476  
Santiago CL13101 Chile

La selección debe centrarse en el tipo de ajuste requerido, el ancho disponible y la compatibilidad con la operación clínica prevista.

## Como validar si sirve

La selección debe centrarse en el tipo de ajuste requerido, el ancho disponible y la compatibilidad con la operación clínica prevista.

## Recomendación de compra

La selección debe centrarse en el tipo de ajuste requerido, el ancho disponible y la compatibilidad con la operación clínica prevista.

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)