



Bomba de vacío sin aceite Rocker 910

Código: 167910-22

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Compacta y de fácil cuidado

Las bombas sin aceite Rocker son de tamaño compacto, livianas y libres de neblina de aceite.

Regulación de vacío

Equipada con vacuómetro y regulador para el monitoreo y ajuste del vacío.

Protección contra sobrecalentamiento

Todas las bombas sin aceite Rocker están equipadas con un dispositivo de protección contra sobrecalentamiento que las apaga cuando se sobrecalientan y las reactiva una vez enfriadas, lo que hace que las bombas sean más seguras y duraderas.

Protección en la entrada de aire

El cartucho filtrante en la entrada de aire filtra partículas y humedad, lo que evita daños en la bomba.

- Certificación CE
- Certificación RoHS
- Certificación IP 30

Número de parte del producto	Producto
------------------------------	----------

Número de parte del producto	Producto
167910-11	Rocker 910, bomba de vacío AC110V, 60Hz
167910-22	Rocker 910, bomba de vacío AC220V, 50Hz

Especificaciones técnicas

Especificación	167910-22
Potencia máx.	250W
Corriente máx.	1.2A
Vacío máx.	25 mbar abs.
Caudal máx.	45L/min
Conector de manguera	ID 8
Nivel de ruido	68 dB
Peso neto	7.3 Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	35x 13 x 21 cm
Regulador de vacío	Sí
Protección contra desbordamiento	No
Protección contra sobrecalentamiento	Sí
Cartucho filtrante	Sí

Aplicaciones

- Filtración al vacío
- Secado al vacío / estufa / eliminación de espuma
- Ensayo de sólidos suspendidos
- Ensayo microbiológico
- Muestreo de aire

Publicación	Autor	Método aplicado
Cryopreservation of the gorgonian endosymbiont Symbiodinium	Gabriella Chong et al.	Filtración de agua de mar
First instance of settlement by cryopreserved coral larvae in symbiotic association with dinoflagellates	Luca Cirino et al.	Filtración de agua de mar
First Characterisation of Volatile Organic Compounds Emitted by Banana Plants	Chadi Berhal et al.	Recolección de COV
Detection and characterization of small-sized microplastics ($\geq 5 \mu\text{m}$) in milk products	Paulo A. Da Costa Filho et al.	Filtración de muestras de leche

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)