



Bomba de vacío sin aceite Rocker 400

Código: N/D

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Compacta y de fácil cuidado

Las bombas sin aceite Rocker son de tamaño compacto, livianas y libres de neblina de aceite.

Protección en la entrada de aire

El cartucho filtrante en la entrada de aire filtra partículas y humedad, lo que evita daños en la bomba.

Regulación de vacío


Equipada con vacuómetro y regulador para el monitoreo y ajuste del vacío.

Protección contra sobrecalentamiento

Todas las bombas sin aceite Rocker están equipadas con un dispositivo de protección contra sobrecalentamiento que las apaga cuando se sobrecalientan y las reactiva una vez enfriadas, lo que hace que las bombas sean más seguras y duraderas.

Protección contra desbordamiento Prote™

Equipada con protección contra desbordamiento Prote™ para evitar que el líquido sea aspirado hacia la bomba.



- Certificación CE
- Certificación UKCA
- Certificación CSA
- Protección IP 30
- Certificación RoHS

Número de parte del producto	Producto
167400-11	Rocker 400, bomba de vacío AC110V, 60Hz
167400-22	Rocker 400, bomba de vacío AC220V, 50Hz

Especificaciones técnicas

Especificación	Rocker 400 110V/60Hz	Rocker 400 220V/50Hz
Potencia máx.	100W	80W
Corriente máx.	1.0A	0.4A
Vacío máx.	99 mbar abs.	99 mbar abs.
Caudal máx.	37 L/min	34 L/min
Nivel de ruido	52 dB	52 dB
Conector de manguera	ID8	ID8
Peso neto	5.2Kg	5.2Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	31 x 14 x 20 cm	31 x 14 x 20 cm
Regulador de vacío	Sí	Sí
Cartucho filtrante	Sí	Sí
Protección contra desbordamiento	Sí	Sí
Protección contra sobrecalentamiento / Protección térmica	Sí	Sí

Aplicaciones

- Ensayo de sólidos suspendidos
- Filtración al vacío
- Detección microbiana

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Muestreo de aire

Publicación	Autor	Método aplicado
Cryopreservation of the gorgonian endosymbiont Symbiodinium	Gabriella Chong et al.	Filtración de agua de mar
First instance of settlement by cryopreserved coral larvae in symbiotic association with dinoflagellates	Luca Cirino et al.	Filtración de agua de mar
First Characterisation of Volatile Organic Compounds Emitted by Banana Plants	Chadi Berhal et al.	Recolección de COV
Detection and characterization of small-sized microplastics ($\geq 5 \mu\text{m}$) in milk products	Paulo A. Da Costa Filho et al.	Filtración de muestras de leche

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)