CONJUNTO DE EQUIPO PARA PRUEBAS DE ANILLO TIPO J

Código del Producto:

UTC-0520/A Anillo J con Barras Lisas

UTC-0520/A-R Anillo J con Barras tipo Varilla

UTC-0402/A Cono de Revenimiento sin Costura, de Metal, ASTM

UTC-0524 Plato (Base), para Pruebas de Anillo J y Revenimiento-Flujo, EN, ASTM

UTC-0408 Varilla para Compactación, 0.625”(16mm) x 24” (600 mm)

Estándares:

EN 12350-12

La prueba de Anillo J es usada para determinar la capacidad de paso de concreto autocompactante (SCC). Sin el anillo J, el aparato puede estar usado para hacer pruebas de revenimiento flujo.

El UTC-0520/A, Anillo J con Barras Lisas, es hecho de acero inoxidable.

La UTC-0524 Plato (Base) es cuadrada de 920x920x3 mm, hecha de acero inoxidable con círculos grabados de 200 mm y 500 mm de diámetro, cumpliendo con EN y ASTM

Código del Producto	Dimensiones	Peso (aprox.)
UTC-0520/A	350x350x140 mm	10 kg
UTC-0524	920x920x12 mm	20 kg

SKU: N / A | **Categorías:** Concreto |

COTECNO

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	UTC-0402/A	Cono de Revenimiento sin Costura, de Metal, ASTM	Any SKU / Modelo
	UTC-0408	Varilla para Compactación, 0.625”(16mm) x 24” (600 mm)	Any SKU / Modelo
	UTC-0520/A	Anillo J con Barras Lisas	Any SKU / Modelo
	UTC-0520/A-R	Anillo J con Barras tipo Varilla	Any SKU / Modelo
	UTC-0524	Plato (Base), para Pruebas de Anillo J y Revenimiento-Flujo, EN, ASTM	Any SKU / Modelo

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO