

CONJUNTO DE PRUEBA DE LÍMITE DE CONTRACCIÓN



Se utiliza para determinar el contenido máximo de humedad en el que el suelo no se encoge después de secar la muestra.

SKU: N / A | Categorías: Laboratorio de suelos | Etiquetas: AASHTO T92, ASTM D427, BS 1377:2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Conjunto de prueba de límite de contracción

Se utiliza para determinar el contenido máximo de humedad en el que el suelo no se encoge después de secar la muestra.

Se suministra con 2 latas de contenido de humedad de \varnothing 45 x 10 mm, lata de contenido de humedad de \varnothing 55 x 35 mm, placa de contracción con tres puntas de metal, plato de porcelana de \varnothing 120 mm, espátula de 150 mm, cilindro de vidrio graduado de 25 ml y estuche de transporte.

Normas:

ASTM D427, AASHTO T92, BS 1377:2

Especificaciones Tecnicas

Modelo	Còdigo del Producto	Nombre del Producto	Dimensiones	(cm) Peso(kg)
BellConPruLim-02	2 B010309170101	Conjunto de prueba de límite de contracción	35x30x8	2

Accesorios/Repuestos

Còdigo del Producto	Nombre del Producto	Dimensiones (cm)	Peso(kg)
B010309170201	Placa de Contracción	-	-
B010309170301	Lata de contenido de humedad	0 45x10	0,02
B010309170401	Lata de contenido de humedad	0 55 x10	0,02
B010309170501	Plato de Porcelana	0 120	0,25
B010309170601	Espàtula, 150 mm	40x40x150	0,02
B010309170701	Probeta de vidrio graduada, 25 ml	20x20x150	0,1
B010309170801	Estuche de transporte	225x72x220	0,75



INFORMACIÓN ADICIONAL