CONSISTÓMETRO VEBE -H-3647

SKU: H-3647 | **Categorías:** Consistencia, Consistómetro Vebe, Ensayos ASTM/NCH, Hormigón, Humboldt | **Etiquetas:** BS1881: 104, EN 12350-3, UNI 9419

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El método del consitómetro Vebe se basa en el mismo principio de la prueba del cono de asentamiento simple, para la determinación de la trabajabilidad del hormigón, pero tiene la ventaja de una acción mecanizada. Después de retirar el cono de asentamiento, el concreto sufre una vibración para determinar la caída.

El Consistómetro Vebe admite las siguientes normas: EN 12350-3, BS1881: 104, UNI 9419

- Normas

EN 12350-3

BS1881: 104

UNI 9419

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO