

CONTENEDOR DE MUESTRAS PARA LA SOLIDEZ DEL AGREGADO -H-3351



SKU: H-3351 | **Categorías:** [Agregados](#), [Contenedores](#), [cestas](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Gravedad específica](#), [Humboldt](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para el uso en la prueba de la solidez del agregado, el contenedor se utiliza para sumergir muestras de agregado grueso en solución y luego transferir las muestras al horno para un secado uniforme en un tiempo mínimo. Malla de alambre de acero inoxidable No. 4, fondo soldado al bastidor después de la fabricación. Dimensión total: 10 "x 4" de diámetro. (254 x 102 mm) con mango de alambre redondo de .125 "(3 mm).

COTECNO

COTECNO