

CVP-2, CENTRÍFUGA / VORTEX PARA PLACAS DE PCR - COMPARACIÓN CON CENTRÍFUGA CONVENCIONAL



SKU: N / A | Categorías: [Aplicaciones](#) | Etiquetas: [biosan](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El rendimiento de la centrifugación se comparó utilizando el siguiente procedimiento:

Después de llenar la placa de PCR, se cortó en mitades y luego se utilizó la parte izquierda para la centrifugación vertical y la parte derecha para la centrifugación horizontal. Ambas partes se ejecutaron conjuntamente en una ejecución de qPCR. Los resultados obtenidos de las partes izquierda y derecha se analizaron por separado, pero se utilizó el mismo umbral y el mismo valor de referencia para ambos análisis, por lo que los resultados podrían compararse posteriormente.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO