DISPOSITIVO DE FLEXIÓN EN VIGA DE HORMIGÓN

El dispositivo de flexión para dos puntos y pruebas de punto central en vigas de concreto se completa con dos rodillos inferiores, uno de ellos articulado, y dos rodillos superiores para pruebas de tercer punto.

SKU: BellDisFleVig-28 | **Categorías:** Maquinas de pruebas de compresion | **Etiquetas:** AASHTO T 97, ASTM C293, ASTM C78, BS 1881:118, EN 12390–5

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Dos distancias fijas entre los rodillos inferiores: 300 y 450 mm.
- Dos distancias fijas entre los rodillos superiores: 100 y 150 mm.

Es posible colocar en el centro solo un rodillo superior para las pruebas de punto central.

Normas:

EN 12390–5, ASTM C78, C293, AASHTO T 97, BS 1881:118

Especificaciones Técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellDisFleVig-28	B-01-03-06-070101	Dispositivo de flexión en vigas de hormigón	26x63x29	28

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO