

EMBUDO EN V



El aparato se usa para evaluar la resistencia a la segregación del concreto autocompactante recién mezclado mediante la observación de la velocidad de flujo debido a la diferencia del período restante de las muestras en el embudo.

SKU: BellEmbV-18 | **Categorías:** [Hormigón fresco y endurecido](#) | **Etiquetas:** [EN 12350-9](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La prueba no es adecuada cuando el tamaño máximo del agregado excede los 22.4 mm.

El conjunto de prueba consiste en un embudo de acero inoxidable colocado verticalmente en un soporte.

El orificio de descarga está equipado con una tapa, que puede abrirse momentáneamente.

Especificaciones Técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellEmbV-18	B-01-03-06-180101	Embudo en V	55-33-104	18

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO