# EMBUDO V PARA CONCRETO AUTOCOMPACTANTE

**Código del Producto:**

| | |
|---|---|
| **UTC-0540** | Embudo V |

**Estándares:**

EN 12350-9

El UTC-0540 Aparato Embudo V es usado para evaluar el tiempo de flujo de concreto autocompactante recién mezclado. La prueba no es adecuada cuando el tamaño máximo del agregado excede 22.4 mm.

El conjunto de equipos consiste de un embudo de acero inoxidable puesto verticalmente en un estante de soporte. El orificio de descarga está equipado con una tapa que puede estar momentáneamente abierta.

El Embudo V viene con:

- Charola (Tolva) de Llenado
- Base

| | |
|---|---|
| **Dimensiones** | 525x300x1040 mm |
| **Peso (aprox.)** | 18 kg |

**SKU:** UTC-0540 | **Categorías:** Concreto |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO