EXTRACTOR AL VACÍO— H-1449

SKU: N / A | **Categorías:** Asfalto |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Usado para la determinación cuantitativa de betumen en mezclas en

caliente y en las muestras de pavimento.

Usar con un matraz Erlenmeyer H-4913.4M . La unidad tiene una superficie de filtración de 12” (305mm)

de diámetro. Incluye una manguera de conexión, (100) papeles filtro

H-1497.613, un procedimiento de ensayo.

Para reemplazo del papel filtro, usar la serie H-1497.

Cumple normas ASTM D2172 (Método E); AASHTO T164 (Method E).

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO