PROBADOR IGNÍFUGO DE MÁSCARA FACIAL

SKU: GB-ZR10 | **Categorías:** GBPI Instrumentos de prueba, Soluciones de prueba para máscara facial |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles

Función:

se usa principalmente para probar el rendimiento de combustión de una máscara después de que contacta la llama a una velocidad lineal determinada. Es un instrumento de prueba especial para la resistencia al fuego de una máscara.

Estándar:

GB 19083-2010、YY 0469-2011、GB 2626-2006、BS EN 136-1998，GB 19083-2003

Especificación:

Articulo	Parámetros técnicos
Cabeza molde movimiento automático velocidad lineal	(60±5)mm/s
Altura de la llama	40±4mm
Llama a la altura desde la parte superior del quemador	(20±2)mm
Llama a temperatura desde la parte superior del quemador	(800±50)℃
Distancia entre la parte superior del quemador y el punto más bajo de la máscara	(20±2)mm
Altura del quemador	≤30mm
Metal muere espesor de pared	2～3mm
Tiempo de post-llama y temporizador de tiempo de combustión lenta	0～9999.9s(±0.1s)
Poder de trabajo	AC220V，50Hz，50W

caracteristicas:

1. PLC + sistema de control de pantalla táctil; hacer la prueba más conveniente, operación y visualización.

2. El accesorio de la máscara es un molde metálico de cabeza humana, que puede simular completamente el uso real de la máscara.

3. La altura del quemador es ajustable.

4, posición del quemador automáticamente.

5. El tiempo de combustión y el tiempo de retardo de llama se registran automáticamente y se muestran digitalmente.

6. Equipado con sonda de medición de temperatura de llama y pantalla de temperatura de llama.

7, sistema de control automático, encendido automático.

8. El quemador está equipado con una interfaz de gas combustible como propano (gas licuado).

9, temporización automática, almacenamiento automático de datos de prueba, fácil de recuperar informes experimentales.

10. Equipado con medición de temperatura de llama y par térmico de detección

COTECNO

COTECNO