YUNQUE DE CALIBRACIÓN

Hecho de acero endurecido de acuerdo con los estándares.

SKU: N / A | **Categorías:** Rocas | **Etiquetas:** ASTM D5873, C805, EN 12504-2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La especificación EN 12504: 2 requiere el uso obligatorio del yunque para las pruebas de martillo.

El estándar especifica; Antes de una secuencia de pruebas en una superficie de concreto, tome y registre las lecturas usando el yunque de referencia de acero y verifique que estén dentro del rango recomendado por el fabricante. Si no lo están, limpie y / o ajuste el martillo.

Después de las pruebas, tome lecturas con el yunque de acero, regístrelas y compárelas con las tomadas antes de la prueba. Si los resultados difieren, limpie y / o ajuste el martillo y repita la prueba.

Especificaciones Técnicas

Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones(cm)	Peso(kg)
B-01-03-04-030101	Yunque de Calibración	015×23	25

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO